



**Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di un analizzatore Dumas da destinare al Laboratorio di Chimica Sperimentale della SCS8 dell'IZSVe**

**CIG: Z441D87944**

**VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO**

In data odierna 06/06/2017 alle ore 9:30, presso la sede dell'IZSVe di Vicenza, il sottoscritto Dott. Roberto Piro, Dirigente Chimico presso la SCS8 dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Considerando che:

- le dimensioni fisiche sono un fattore limitante dovuto alle effettive disponibilità logistiche del locale dove andrà installata l'apparecchiatura, aspetto sottolineato anche in fase di sopralluogo a tutti i concorrenti;
- che nell'allegato tecnico "*Caratteristiche tecniche minime*" veniva precisato sarebbero state accettate offerte aventi ad oggetto beni con dimensioni leggermente differenti da quelle indicate, nel rispetto degli spazi disponibili nel laboratorio di destinazione;
- viene oggettivata la dicitura "*leggermente differenti*" con una tolleranza del +20% sulla dimensione della larghezza richiesta originariamente, che passa quindi da "*dimensioni ridotte inferiore a 50x60x60 cm (WxDxH)*" a "*dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm (WxDxH)*".

Esaminata la documentazione tecnica presentata dagli offerenti, si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dalla concorrente Thermo Fisher Scientific S.p.A.;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Elementar S.r.l. in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "*dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm (WxDxH)*";
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Fisher Scientific S.a.s. in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "*dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm (WxDxH)*";
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Vetrotecnica S.r.l. in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "*dimensioni ridotte inferiori a 60x60x60 cm (WxDxH)*".

La seduta si chiude alle ore 10:30.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCS8 – Valorizzazioni della Produzioni Alimentari  
Il Dirigente  
*Dott. Roberto Piro*