



Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di n. 13 agitatori per l'IZSVe con opzione d'acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).

Numero gara: 6801860 - RDO n. 1652759

SECONDO VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO

In data odierna 24 Ottobre 2017 alle ore 9:00, presso la SCT4 - sezione territoriale di Udine dell'IZSVe, la sottoscritta Dott.ssa Monia Cocchi, Dirigente presso la citata SCT4 dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

In seguito all'attività di riesame circa le caratteristiche tecniche minime degli agitatori oggetto di affidamento, effettuata dal progettista della presente procedura, dott. Giovanni Farina, Direttore della SCT5 dell'IZSVe, per le ragioni di cui al precedente verbale disponibile agli atti, le specifiche tecniche minime di alcuni dei lotti oggetto di affidamento sono da intendersi riformulate come di seguito illustrato:

➤ **Lotto 2 – N. 2 AGITATORI PER MICROPIASTRE VIBRAZIONE:**

Struttura:	Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida e sporicida
Velocità	30 - 1350 rpm regolabile anche a bassi giri
Tipo di movimento	Vibrazione
Vibrazione	Orbitale da 1,5 mm
Display	Digitale/analogico
Timer	Digitale/analogico
Modalità	In continuo / timer con segnale sonoro all'arresto
Portata	4 micropiastre standard max 2 kg

➤ **Lotto 4 – N. 2 AGITATORI A RULLI:**

Struttura:	Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida e sporicida
Rulli:	Almeno 6 antiscivolo, con una capacità di almeno 16 FALCON da 50ml
Extra	Possibilità di spostare lo strumento all'interno di frigoriferi e termostati con l'ausilio di batterie
Diametro rulli:	20 - 40 mm
Velocità:	Regolabile Ø 10 - 60 giri minuto

Tipo di movimento	Oscillante (il piatto) – rotatorio (i rulli)
Oscillazioni	0 - 45 regolabile

➤ **Lotto 7 – N. 1 AGITATORE BASCULANTE:**

Struttura:	Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida e sporicida
Tipo di movimento	Rotatorio basculante
Velocità:	Regolabile da Ø 10 a 60 rpm
Piatto	Almeno 20 x 30 cm
Modalità	Timer o continuo

➤ **Lotto 10 - N. 1 AGITATORE OSCILLANTE:**

Struttura:	Disinfettabile con prodotti ad ampio spettro con attività virulicida, battericida e sporicida
Velocità	Ø 20 - 500 rpm regolabile anche a bassi giri
Tipo di movimento	Orbitale
Ampiezza dell'oscillazione	10 mm
Display	Digitale/analogico
Timer	Digitale/analogico
Modalità	In continuo / timer con segnale sonoro all'arresto
Portata	Almeno 7,5 Kg
Dimensioni PIATTO	Almeno 360 x 420 mm

Ciò considerato si procede a riesaminare la documentazione tecnica trasmessa dagli operatori economici concorrenti in relazione ai lotti 2, 4, 7 e 10.

In relazione al Lotto 2 per il quale hanno presentato offerta gli operatori economici Fisher Scientific S.a.s., FKV S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. si valuta tecnicamente idonea l'offerta presentata da tutti i concorrenti suindicati.

In relazione al Lotto 4 per il quale hanno presentato offerta i concorrenti Biosigma Italia S.r.l., Laboindustria S.p.A. e Vetrotecnica S.r.l. si valuta tecnicamente idonea l'offerta presentata da tutti i concorrenti suindicati.

In relazione al Lotto 7 per il quale hanno presentato offerta gli operatori economici Biosigma Italia S.r.l., Carlo Erba Reagents S.r.l., Fisher Scientific S.a.s., FKV S.r.l., Laboindustria S.p.A., Starlab S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dai concorrenti Fisher Scientific S.a.s., FKV S.r.l., Laboindustria S.p.A., Starlab S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l.;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dagli offerenti Biosigma Italia S.r.l. e Carlo Erba Reagents S.r.l. in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "*dimensioni del piatto*".

In relazione al Lotto 10 per il quale hanno presentato offerta i concorrenti Biosigma Italia S.r.l., F.K.V. S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. si valuta tecnicamente idonea l'offerta presentata da tutti i citati concorrenti.

Con riferimento alla valutazione di idoneità tecnica delle offerte presentate dagli citati operatori economici concorrenti in relazione ai Lotti 1, 3, 5, 6, 8 e 9, si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dai concorrenti FKV S.r.l e Laboindustria S.p.A. per il Lotto 1; Carlo Erba Reagents S.r.l. e Laboindustria S.p.A. per il Lotto 5; Fisher Scientific S.a.s., FKV S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. per il Lotto 6; FKV S.r.l. per i Lotti 8 e 9;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Biosigma Italia S.r.l. e Vetrotecnica S.r.l. in relazione al Lotto 1 in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima *"Velocità: 150-1350 rpm regolabile anche a bassi giri"* (da scheda tecnica);
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Carlo Erba Reagents S.r.l., Laboindustria S.p.A. e Vetrotecnica S.r.l. in relazione al Lotto 3 in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima *"Velocità: 0-1500 rpm regolabile anche a bassi giri"* e/o *"Asta porta termometro con morsetto"* (da scheda tecnica) e FKV S.r.l. in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima *"Velocità: 30-1350 rpm regolabile anche a bassi giri"* (dichiarato nell'offerta tecnica);

La seduta si chiude alle ore 9:30.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCT4 – Sezione territoriale di Udine
Il Dirigente
Dott.ssa Monia Cocchi