

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità alla procedura:

N. 2 STAMPANTI PER VETRINI:

- Stampa automatica e diretta su vetrini portaoggetti di diverse tipologie;
- Stampa con tecnologia a trasferimento termico a nastro;
- Stampa di caratteri alfanumerici, codici a barre lineari e 2D;
- Dotate di PC e lettore *barcode* integrati nello strumento in ragione dello spazio limitato disponibile accanto al microtomo;
- Possibilità di caricare almeno 70 vetrini in asse di stampa;
- Alta velocità di stampa: 12 vetrini al minuto;
- Dimensioni: 35x45x50 (LxPxH);
- Software dedicato in lingua italiana compatibile/associato con stampa cassette;
- Possibilità di interfacciamento con LIS e sistemi di tracciabilità.

N. 1 STAMPANTE PER CASSETTE:

- Stampa automatica su cassette per istologia;
- Stampa di caratteri alfanumerici, codici a barre lineari e 2D;
- Dimensioni contenute: 60x70x90 (LxPxH);
- Alta velocità di stampa: 12 cassette al minuto;
- Possibilità di utilizzo di cassette preimpilate in tubi;
- Software dedicato in lingua italiana;
- Completa di PC;
- Possibilità di interfacciamento con LIS e sistemi di tracciabilità.

Si accetteranno anche beni che presentino leggeri scostamenti dai valori sopra indicati purché ritenuti equivalenti in sede di valutazione di idoneità tecnica.