



CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale della fornitura indicata in oggetto per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "IZSVe", "Istituto" o "Stazione Appaltante").

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

1. BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

Lotto 1 – Minicentrifughe non refrigerate con doppio rotore (per provette tipo Eppendorf + per strip PCR)

La fornitura ha ad oggetto n. 7 Minicentrifughe non refrigerate con doppio rotore (per provette tipo Eppendorf + per strip PCR) in possesso delle seguenti specifiche tecniche minime:

1. Destinazione d'uso: centrifuga per provette tipo Eppendorf (1,5 – 2 ml) + strip PCR da 8 provette
2. Rotori: la centrifuga fornita dovrà essere comprensiva di:
 - Rotore ad angolo fisso per provette tipo Eppendorf (1,5 – 2 ml), con:
 - a) possibilità di applicare adattatori per provette di volume inferiore
 - b) max RCF maggiore o uguale a 12000g
 - c) n. provette alloggiabili maggiore o uguale a 12
 - Rotore per almeno due strip PCR da 8 provette
3. Caratteristiche funzionali
 - Dimensioni sul piano max 25 x 27 cm
 - Conforme agli standard di sicurezza previsti dalla norma IEC 61010-2-020:2016
 - Blocco automatico del coperchio di chiusura della camera di centrifugazione durante la corsa
 - Camera di centrifugazione disinfettabile con prodotti ad ampio spettro (con attività sia virulicida sia battericida sia sporicida – vanno indicati quali disinfettanti ed a quali concentrazioni possono essere impiegati, in modo da consentire la valutazione del loro potere disinfettante)
 - Rotori autoclavabili o disinfettabili con prodotti ad ampio spettro (con attività sia virulicida sia battericida sia sporicida; a tal fine, ciascun concorrente dovrà indicare in offerta tecnica quali disinfettanti possono essere impiegati e le relative concentrazioni, in modo da consentire la valutazione del loro potere disinfettante;
 - Velocità e tempo di corsa selezionabili
 - Funzione "short spin / fast spin" disponibile

Ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a

un'origine o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro per valutare l'ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del marchio/brevetto/tipo/origine/produzione.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura:

- 1)** con riferimento al servizio di consegna al Magazzino centrale, la stessa dovrà avvenire all'indirizzo indicato in lettera d'invito; il termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d'ordine.

Il Progettista

Dott. Stefano Nardelli