



CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA

I beni dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

Qu.tà. n° 3 Strumenti per la misurazione dell'attività dell'acqua (AW) da banco

- 1) elevata rapidità di lettura pari a 5 minuti con tolleranza ammessa, in aumento o diminuzione, del 20%
- 2) range di misura compreso tra 0.100 e 1.000
- 3) risoluzione 0.0001
- 4) accuratezza ± 0.005
- 5) ripetibilità inferiore o uguale a 0.002
- 6) controllo interno di temperatura, con adattamento della temperatura del campione nel caso non sia a 25°C
- 7) facile da pulire
- 8) disponibilità di soluzioni di riferimento comprese tra 0.750 e 1.000
- 9) durata minima della garanzia, pari a **24 mesi** decorrenti dal collaudo; la garanzia dovrà tassativamente includere **almeno una taratura annuale** per ciascuna strumentazione oggetto di fornitura