



CAPITOLATO TECNICO

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SPETTROFOTOMETRI PER PIASTRE ELISA PER L'I.Z.S.Ve., CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale della fornitura indicata in oggetto per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "I.Z.S.Ve.", "Istituto" o "Stazione Appaltante").

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

Spettrofotometro per piastre ELISA

- 1) Lettura veloce 12 canali
- 2) Controllo temperatura fino a 42°C per saggi enzimatici
- 3) Ampia scelta di filtri a diversa lunghezza d'onda: 630nm, 625nm, 540nm, 595nm, 570nm, 600nm, 405nm, 450nm, 490nm, 650nm.
- 4) Possibilità di integrare lettore codice a barre (non incluso nella fornitura)
- 5) Capacità agitazione piastre ELISA
- 6) Durata lampada prolungata tramite funzione di spegnimento automatico quando non in uso
- 7) Lettura assorbanza piastre ELISA e possibilità di lettura agglutinazione
- 8) Software per la gestione dello strumento con funzioni adatte all'importazione e all'esportazione dei dati nei formati standard
- 9) Durata minima della garanzia, pari a 36 mesi decorrenti dal collaudo.

Il Progettista