



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO – PD

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI UN APPARECCHIO DI ANESTESIA GASSOSA AD ISOFLUORANO APPOSITAMENTE ELABORATO PER USO CON I PICCOLI FLUSSI DEDICATI AI RODITORI PER LA SCS3 DELL'IZSVe. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

La fornitura dovrà avere ad oggetto il bene di seguito indicato unitamente alle relative caratteristiche tecniche minime il cui possesso è richiesto a pena di inammissibilità alla procedura:

Sistema completo per l'anestesia gassosa nei roditori, coniglio e furetto costituito da:

- 1 n. 1 carrello in acciaio inox con cassetto portaoggetti, mensola porta monitor, raccordi e supporti vari;
 1. n. 1 vaporizzatore per veterinaria a isofluorano certificato e tarabile;
 2. n. 1 adattatore di sicurezza per il caricamento dell'isofluorano nel vaporizzatore;
 3. n. 1 colonna flussometrica O2 di precisione (0-12 litri);
 4. n. 1 sistema automatico per recupero del gas anestetico ed evacuazione del gas di scarico con il controllo del peso in automatico e allarme sonoro;
 5. n. 1 set di filtri a carboni fluosorber compatibili con il sistema sopra descritto;
 6. n. 1 generatore da laboratorio di ossigeno al 92% (permette di evitare le bombole di O2);
 7. n. 1 cassetta di induzione anestesia per roditori (DIM 26x11x11 cm);
 8. n. 1 cassetta di induzione anestesia per furetto/coniglio (DIM 26x21x21 cm);
 9. n. 2 mascherine per roditori e furetto a 2 canali e connessioni pneumatiche per il circuito di recupero del gas anestetico per 2 postazioni di lavoro
- CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI

Garanzia: 12 Mesi;

Ubicazione: Sede centrale Legnaro, Edificio C, piano terra.