



**PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIPETTE E LA FORNITURA IN  
SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI PUNTALI, CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL PARCO  
PIPETTE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**CAPITOLATO TECNICO**

Il presente Capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSve”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”).

Il medesimo Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

**1. CONTRATTO OGGETTO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura è indetta per l’aggiudicazione di un contratto per la fornitura in *service* di micropipette da laboratorio indicate nell’Allegato 1, comprensiva dei servizi accessori e della fornitura in somministrazione dei relativi puntali dedicati di cui all’Allegato 2. La fornitura dei puntali dedicati avverrà in somministrazione, all’abbisogno dell’Istituto in seguito ad emissione e trasmissione di apposito buono d’ordine, fermo il rispetto dei quantitativi minimi e massimi indicati nel prosieguo e la facoltà di modifiche nel corso dell’esecuzione, nei limiti specificati nell’articolo dedicato.

L’appalto prevede inoltre l’acquisizione, da parte dell’aggiudicatario del parco pipette in uso presso l’Istituto indicate nell’Allegato 3.

Il contratto ha ad oggetto le seguenti prestazioni principali:

- 1) servizio di noleggio di micropipette;
- 2) fornitura in somministrazione dei relativi puntali;
- 3) acquisizione delle micropipette comprese nel parco pipette in uso presso l’IZSve.

Il contratto avrà ad oggetto altresì le seguenti prestazioni accessorie, che dovranno essere espletate nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolato:

- servizio di imballaggio e confezionamento;
- servizio di trasporto e consegna dei beni, sia oggetto di fornitura in somministrazione che a noleggio;
- per i soli beni oggetto di noleggio, manutenzione e assistenza tecnica *full risk* per tutta la durata del contratto;
- servizio di ritiro dei beni oggetto di noleggio, alla scadenza del contratto;
- servizio di ritiro dei beni oggetto di acquisizione.

**2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA**

Si indicano di seguito i beni oggetto di fornitura - rispettivamente, a noleggio e in somministrazione - unitamente alle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

**Micropipette:**

1. Articolo di nuova produzione.

2. Articolo interamente autoclavabile alla temperatura di 121°C, pressione 1 bar, per almeno 20 minuti.

L'operatore economico concorrente può prevedere, all'interno della propria offerta che, a seguito del trattamento in autoclave, gli articoli forniti siano sottoposti a manutenzione finalizzata a ripristinarne il corretto funzionamento; in tale ipotesi il concorrente dovrà altresì specificare, all'interno dell'offerta tecnica, il materiale che egli si impegna a fornire, a titolo gratuito, all'Istituto per procedere alla suddetta manutenzione.

3. Articolo esternamente disinfettabile mediante soluzione chimica in grado di inattivare sia i virus (con e senza *envelope*), sia i batteri (forme vegetative).

L'operatore economico concorrente deve illustrare nella propria offerta tecnica le procedure che potranno essere applicate per la disinfezione (es. principio attivo, concentrazione, tempi di esecuzione); tali procedure saranno oggetto di valutazione di idoneità da parte della Commissione giudicatrice.

4. Possibilità di trattamento, mediante agenti in grado di rimuovere contaminazioni da acidi nucleici, per le seguenti componenti dell'articolo: parte esterna del corpo (superiore), parte smontabile (inferiore) e pistone.

L'operatore economico concorrente deve illustrare nella propria offerta tecnica le procedure che potranno essere applicate per la decontaminazione (es. principio attivo, concentrazione, tempi di esecuzione); tali procedure saranno oggetto di valutazione di idoneità da parte della Commissione giudicatrice, la quale avrà come trattamento di riferimento la seguente soluzione: ipocolorito all'1% di cloro attivo applicata per 2 minuti.

5. Presenza di scala di misura dei volumi erogati con una risoluzione che consenta gli incrementi di seguito riportati:

Volume minimo di erogazione	Incremento
$\geq 100 \mu\text{l}$	$\leq 1,00 \mu\text{l}$
$\geq 5 \mu\text{l} - < 100 \mu\text{l}$	$\leq 0,50 \mu\text{l}$
$< 5 \mu\text{l}$	$\leq 0,02 \mu\text{l}$

6. Presenza di un sistema di blocco del volume selezionato, ovvero di modalità ulteriore che consenta di non modificare inavvertitamente il volume impostato (es. sistema di regolazione a scatti).

7. Espulsore del puntale a cilindro, che agisce pertanto sull'intera circonferenza superiore del puntale.

8. Garanzia di vendita non inferiore a 24 mesi decorrenti dal collaudo.

9. Garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio per i beni forniti per l'intera durata del contratto affidato.

#### **Puntali per biologia molecolare:**

1. Materiale in polipropilene vergine.

2. Puntali originali: la presente caratteristica si intende comprovata dalla presenza del marchio riportante la denominazione commerciale dell'operatore economico offerente.

3. Confezionamento in rack da 96 pezzi; il *blister*, o analogo sistema chiuso, deve assicurare il mantenimento delle caratteristiche di sterilità e purezza chimica del puntale.

4. Presenza di filtro anti-contaminazione HEPA, in materiale idrofobico; l'efficienza di ritenzione deve essere attestata dal produttore mediante idonea certificazione, che dovrà produrre ciascun offerente all'interno della propria offerta tecnica, inerente la capacità di trattenere aerosol.
5. Sia i lotti forniti a titolo di campionatura, sia, in ipotesi di aggiudicazione, ogni singolo lotto fornito in vigenza di contratto, dovranno essere accompagnati da un certificato, rilasciato dal produttore, attestante quanto segue:
  - a. la sterilità del prodotto fornito,
  - b. l'assenza di RNasi – Dnasi – Inibitori PCR – DNA umano – pirogeni,
  - c. la presenza della caratteristica *low retention*,
  - d. la conformità (su base statistica) delle caratteristiche di geometria del puntale,
  - e. l'assenza (su base statistica) di difetti di conformazione a livello dell'orifizio.

**Puntali per applicazioni generiche:**

1. Confezionamento in sacchetto (max 1.000 pezzi).
2. Puntali originali: la presente caratteristica si intende comprovata dalla presenza del marchio riportante la denominazione commerciale dell'operatore economico offerente.
3. Articolo interamente autoclavabile alla temperatura di 121°C, pressione 1 bar, per almeno 20 minuti. Il prodotto offerto, a seguito di trattamento, dovrà mantenere le proprie caratteristiche di geometria, con particolare riferimento alla coassialità/allineamento. La valutazione di idoneità da parte della Commissione giudicatrice avverrà mediante esame visivo dei puntali offerti, sottoposti a n. 2 trattamenti in autoclave.
4. Sia i lotti forniti a titolo di campionatura, sia, in ipotesi di aggiudicazione, ogni singolo lotto fornito in vigenza di contratto, dovranno essere accompagnati da un certificato, rilasciato dal produttore, attestante quanto segue:
  - a. la conformità (su base statistica) delle caratteristiche di geometria del puntale,
  - b. l'assenza (su base statistica) di difetti di conformazione a livello dell'orifizio.

**Scatole portapuntali:**

1. Materiale indeformabile.
2. Autoclavabile.
3. Formato in grado di assicurare l'aggancio diretto e corretto di tutti i puntali, con pipette sia monocanale sia multicanale.
4. Presenza di coperchio con le seguenti caratteristiche:
  - a. trasparente o semitrasparente,
  - b. incernierato:
    - i. apertura massima > 90°
    - ii. modalità di apertura che consenta di non toccare il piano da lavoro o tale da evitare il necessario appoggio sul banco.

**3. CLAUSOLA DI TOLLERANZA SUI VOLUMI**

Costituiscono altresì caratteristiche tecniche minime richieste dalla stazione appaltante **a pena di inammissibilità dell'offerta** alla procedura i *range* volumetrici richiesti per ciascuna tipologia di micropipette oggetto di noleggjo ed indicati nella colonna dedicata dell'Allegato 1.

#### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste **a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura:**

- 1) con riferimento al servizio di consegna dei beni a noleggio (micropipette), il termine massimo accettato è pari a 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d'ordine;
- 2) con riferimento al servizio di consegna del materiale di consumo in somministrazione (puntali), il termine massimo accettato è pari a 10 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d'ordine;
- 3) con riferimento al servizio di trasporto e consegna per entrambe le tipologie di beni previste dal contratto (sia micropipette che puntali), la stessa dovrà avvenire presso il Magazzino centrale dell'Istituto, sito in Viale dell'Università 10, Legnaro (PD), orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. Referente: Sig. Alberto Masiero (tel. 049 8084228, fax 049 8830918, email: [amasiero@izsvenezie.it](mailto:amasiero@izsvenezie.it));
- 4) con riferimento all'obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa dovrà avere una durata pari alla durata contrattuale;
- 5) con riferimento alla manutenzione e assistenza tecnica *full risk* per tutta la durata del contratto dei beni oggetto di noleggio (micropipette), la stessa dovrà essere comprensiva di copertura totale delle spese sostenute per gli interventi; sostituzione delle parti di ricambio; manodopera necessaria all'esecuzione dell'intervento; costi di trasferta sostenuti dal personale tecnico; numero illimitato di interventi su richiesta per visite correttive *on site*, con **tempi di intervento massimi di 48 ore dalla chiamata;**
- 6) con riferimento al servizio di ritiro dei beni oggetto di noleggio, lo stesso dovrà avvenire a cura e spese dell'appaltatore, presso il sopracitato Magazzino centrale dell'Istituto, **entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;**
- 7) con riferimento alla garanzia post-vendita per il materiale in somministrazione, la stessa dovrà avere durata minima **pari a 24 mesi;**
- 8) con riferimento all'obbligazione accessoria di acquisto del parco pipette in dotazione dell'Istituto e al servizio di ritiro, dovranno avvenire nel rispetto di quanto precisato nel successivo articolo dedicato del presente Capitolato.

Rimane ferma in capo alla stazione appaltante la verifica di conformità come disciplinate negli articoli che seguono.

#### 5. CAMPIONATURA

A corredo della propria offerta tecnica, esclusivamente per i prodotti per i quali la medesima è prevista nella colonna dedicata dell'Allegato 1, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'Allegato XVII, Parte II, lett. k), sub i) al medesimo decreto, l'operatore economico offerente dovrà far pervenire alla stazione appaltante un pacco/collo contenente n. 1 micropipetta per ciascun *range* volumetrico richiesto con i relativi puntali, **entro il termine per la presentazione dell'offerta a pena di esclusione della stessa.**

Il pacco/collo dovrà essere recapitato al Magazzino centrale dell'Istituto, sito in Viale dell'Università n. 10, 35020 Legnaro (PD), nel seguente orario 8.30 - 13.00, all'attenzione del Sig. Alberto Masiero.

Sul collo/pacco di spedizione della campionatura dovranno essere espressamente indicati:

- a pena di esclusione, il nominativo dell'operatore economico mittente offerente;
- a pena di esclusione, idonea dicitura atta ad indentificare il collo/pacco come contenente la campionatura per la presente procedura.

L'invio della campionatura è a esclusivo rischio del mittente: qualora per qualsiasi motivo il pacco/collo non dovesse giungere a destinazione non saranno ammessi reclami.

Quanto inviato dagli operatori economici offerenti alla procedura sarà acquisito agli atti dell'Istituto e non sarà restituito. Dall'Istituto non sarà riconosciuta alcuna spesa all'offerente per l'invio della campionatura, anche nel caso in cui non si proceda all'aggiudicazione.

## 6. ELENCO DELLE PROVE SULLA CAMPIONATURA

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti per "Micropipette", la campionatura consegnata da ciascun operatore economico a corredo della propria offerta sarà sottoposta dalla Commissione giudicatrice a prove di taratura, eseguite in conformità alla UNI EN ISO 8655-1:2004, presso il Servizio Metrologia dell'Istituto.

L'effettuazione delle prove di taratura avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni:

- presenza di un numero di puntali per ogni micropipetta inviata a titolo di campionatura, adeguato all'effettuazione di n. 10 prove di taratura;
- sottoposizione preventiva, di ogni micropipetta offerta a trattamento in autoclave;
- mediante utilizzo di puntali per biologia molecolare, come forniti all'interno della campionatura inviata;
- mediante utilizzo di puntali per applicazioni generiche, sottoposti a trattamento in autoclave ripetuto per 2 volte.

## 7. PARAMETRI E SUB-PARAMETRI, CRITERI MOTIVAZIONALI E PONDERAZIONE RELATIVA PER LA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA (max 70 punti)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo, saranno oggetto di valutazione i seguenti criteri e sub-criteri, riportati con la ponderazione relativa e i criteri motivazionali:

Parametro	Sub parametro	Punteggio massimo			Criterio motivazionale
		Monocanale	Multicanale		
			8 canali	12 canali	
<b>Ergonomia</b>		<b>14</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
	Peso	1	0,5	0,5	Sarà accordata preferenza al prodotto che ha il minor peso.
	Sforzo da applicare per l'innesto del puntale ( <i>espresso in Newton</i> )	3	1	1	Sarà accordata preferenza al prodotto che richiede il minor sforzo per l'innesto del puntale.
	Sforzo da applicare per l'espulsione del puntale ( <i>espresso in Newton</i> )	3	1	1	Sarà accordata preferenza al prodotto che richiede il minor sforzo per l'espulsione del puntale.
	Sforzo da applicare per l'azione di pipettamento ( <i>espresso in Newton</i> )	3	1	1	Sarà accordata preferenza al prodotto che richiede il minor sforzo per l'azione di pipettamento.
	Lunghezza della pipetta (regolata al volume massimo di erogazione e con puntale montato - misurata a partire dal pulsante di comando fino all'estremità del puntale)	1	0,5	0,5	Sarà accordata preferenza al prodotto che ha la lunghezza inferiore.

Parametro	Sub parametro	Punteggio massimo			Criterio motivazionale
	Possibilità di utilizzo della pipetta in modo equivalente, sia per destrimani, sia per mancini	2	1	1	Sarà accordata preferenza al prodotto che manifesta possibilità equivalente di utilizzo sia per destrimani, sia per mancini
	Circonferenza dell'impugnatura	1	0,5	0,5	Sarà accordata preferenza al prodotto con una minore circonferenza di impugnatura
<b>Durata della garanzia aggiuntiva</b>		<b>20</b>			Sarà accordata preferenza al prodotto che presenta un ulteriore periodo di garanzia, pari a minimo 1 anno, in aggiunta a quella prevista nel presente Capitolato. Si intendono esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti dovuti a scorretto utilizzo della micropipetta (es. sporcizia interna)
<b>Interventi supplementari al trattamento in autoclave</b>		<b>15</b>			Sarà accordata preferenza al prodotto che necessita il minor numero di interventi preventivi e successivi al trattamento in autoclave, al fine di ripristinarne il corretto funzionamento.
<b>Confezionamento dei puntali in vassoio di ricarica</b>		<b>5</b>			Sarà accordata preferenza ai puntali confezionati in vassoio di ricarica, pronti per essere inserito nelle scatole portapuntali.
<b>Sistema di tracciabilità</b>		<b>5</b>			Sarà accordata preferenza al prodotto dotato di un sistema di tracciabilità basato sui colori, e che permetta quindi di collegare, in relazione ai volumi di erogazione, pipetta > puntale > scatola portapuntale.

Con riferimento al parametro "Ergonomia", la Commissione giudicatrice, al fine di testare la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti, si riserva di sottoporre la campionatura all'esame di un laboratorio esterno all'Istituto.

Si fa altresì presente che la Stazione Appaltante, anteriormente all'avvio della fornitura, si riserva di verificare quanto dichiarato solo per l'operatore economico che risulti aggiudicatario della presente procedura.

## 8. VERIFICA DI CONFORMITA'

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dalla documentazione di gara.

**Le micropipette** concesse a noleggio saranno oggetto, in sede di verifica di conformità, di taratura da parte del Servizio Metrologia dell'Istituto, successivamente alla consegna presso il Magazzino centrale; le operazioni di taratura saranno effettuate secondo le modalità ed i requisiti riportati nella UNI EN ISO 8655-1:2004. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali prove e, in caso di micropipette

risultate non idonee, avrà l'onere di provvedere alla loro immediata sostituzione a propria cura e spesa, in seguito a semplice richiesta della stazione appaltante.

Quanto ai **puntali dedicati** forniti in somministrazione, in espressa deroga a quanto previsto all'art. 1495 del c.c., l'Istituto si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa della merce consegnata in sede di effettivo utilizzo della stessa; la quantità e qualità così accertata deve essere riconosciuta a ogni effetto dal fornitore. Agli effetti della conformità quantitativa e qualitativa dei beni, la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna dal personale del Magazzino non impegna l'Istituto all'accettazione della merce. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato della verifica di conformità; prima di tale dichiarazione si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore. L'incaricato della verifica di conformità, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare i beni forniti ovvero rifiutarli. Saranno rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi, non rispondenti alle specifiche tecniche minime della *lex specialis* di gara ovvero che non confermino il raggiungimento degli standard tecnici o di performance dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, ove incidenti sulla graduatoria di aggiudicazione. Saranno, altresì, ritenute non conformi le forniture non coincidenti ai beni presentati in sede di gara a titolo di campionatura. In tali casi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti alle specifiche contrattuali entro il termine assegnato. Il tempo necessario alla sostituzione sarà considerato ritardo imputabile all'appaltatore.

Ai fini della verifica di conformità dei servizi accessori, trovano applicazione le specifiche disposizioni previste nella Sezione III.C) del Capitolato Generale d'Oneri dell'Istituto - approvato con DDG n. 9 del 16/01/2017 e successivamente revisionato con DDG n. 359 del 27/07/2017.

## 9. CONDIZIONI DI CONSEGNA

La consegna dei beni oggetto di contratto dovrà avvenire nei termini indicati nel precedente art. 4. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diversamente concordato di volta in volta con l'Istituto per eventuali urgenze.

Qualora i prodotti richiesti non siano immediatamente disponibili o lo siano solo in parte, l'operatore economico dovrà darne tempestiva comunicazione all'operatore che ha emesso l'ordine, il quale, in base alle esigenze di celerità dell'Istituto, potrà assegnare un nuovo termine per la consegna. In caso di urgenza l'Istituto si riserva di acquistare i prodotti presso altro operatore economico, in danno dell'aggiudicatario, a cui saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute, fatta in ogni caso salva la facoltà di applicazione delle penali.

Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere riportati:

- il CIG del contratto;
- la dicitura "*CUP non dovuto*";
- il relativo numero di buono d'ordine trasmesso dall'Istituto.

La consegna dovrà avvenire porto franco Magazzino centrale dell'Istituto, sito in Viale dell'Università 10, Legnaro (PD), orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. Referente: Sig. Alberto Masiero (tel. 049 8084228, fax 049 8830918, email: [amasiero@izsvenezie.it](mailto:amasiero@izsvenezie.it)).

## 10. ACQUISIZIONE DEL PARCO PIPETTE IN USO E RELATIVA FATTURAZIONE ATTIVA

E' compreso nel contratto oggetto di aggiudicazione l'acquisto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, del parco pipette attualmente in dotazione presso l'Istituto, da svolgersi con le modalità e secondo le tempistiche di seguito indicate.

Nella tabella di cui Allegato 3 "*Parco pipette IZSve*" sono riportati la denominazione, la marca produttrice, il modello, il numero seriale, la data di acquisizione, i *range* volumetrici e la Struttura utilizzatrice presso l'Istituto.

I beni oggetto di acquisizione sono posti in vendita nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; tutte le spese, i costi e qualsiasi onere per il possesso ovvero l'utilizzo dei beni saranno interamente a carico del fornitore.

Successivamente alla stipula contrattuale, l'Istituto provvederà ad emettere i relativi buoni d'ordine per la fornitura in *service* delle micropipette, con una frequenza di circa 200 micropipette/mese, ed un termine di preavviso pari a n. 1 mese.

La **sostituzione completa** del parco pipette in uso con le micropipette oggetto di *service* dovrà avvenire entro **12 mesi** dalla ricezione del primo buono d'ordine.

Successivamente alla stipula contrattuale la stazione appaltante provvederà a trasmettere cronoprogramma definitivo, il quale potrà essere sottoposto a modifiche per esigenze sopravvenute. Eventuali modifiche dello stesso saranno comunicate dalla stazione appaltante al fornitore con congruo preavviso.

Il fornitore dovrà provvedere ad effettuare la consegna entro il termine previsto dal precedente art. 4 decorrente dalla ricezione del buono d'ordine.

Successivamente alla consegna presso il Magazzino centrale, le micropipette saranno oggetto di verifica di conformità con le modalità precisate al precedente articolo dedicato.

Le sole micropipette che supereranno la verifica di conformità saranno trasferite a cura e spese della stazione appaltante ai laboratori di destinazione.

Una volta effettuata la dismissione delle pipette in uso presso i laboratori di destinazione ed aver provveduto a propria cura e spese alla loro sanificazione, la stazione appaltante provvederà a trasmettere al fornitore la comunicazione recante la richiesta di ritiro presso il Magazzino centrale.

Il fornitore dovrà provvedere al ritiro entro e non oltre il termine di **30 giorni solari consecutivi** dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante.

L'Istituto emetterà per ciascuna *tranche* di pipette sostituite apposita fattura di vendita fuori campo IVA pagabile a rimessa diretta. Il mancato pagamento da parte del fornitore entro i termini comporterà l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dal fornitore per il noleggio e la somministrazione ai sensi dell'articolo che segue.

## 11. FATTURAZIONE

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal D. Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all'Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.

L'appaltatore dovrà in ogni caso procedere all'emissione e trasmissione della fattura entro il 20 dicembre dell'anno solare in cui i servizi oggetto di fatturazione sono stati eseguiti ovvero i beni oggetto di fatturazione sono stati consegnati.

La fattura - o il documento fiscale alla stessa equivalente emesso dall'appaltatore - dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge o dalla *lex specialis* di gara:

- a) il numero d'ordine;
- b) il numero di CIG del contratto;
- c) il numero di CUP o, in sua assenza, la dicitura "CUP non dovuto";



d) la causale di pagamento;

f) nel caso di forniture, il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole voci di spesa ed il relativo quantitativo.

Tutte le disposizioni previste ai precedenti punti costituiscono condizioni imprescindibili ai fini della liquidazione e del pagamento. Eventuali fatture che pervengano all'Istituto prive di anche uno solo degli elementi di cui sopra o con modalità differenti da quelle prescritte dai paragrafi che precedono, non saranno tenute in considerazione e non faranno sorgere in capo all'Istituto alcun obbligo di pagamento.

## 12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e relativi atti attuativi, alla Legge n. 241/1990.

Il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d'Oneri dell'Istituto, approvato con DDG n. 9/2017, successivamente revisionato con DDG n. 359/2017, e visionabile all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/> integrate dalla *lex specialis* di gara, dall'offerta presentata d'aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.

In particolare trovano applicazione:

- ai beni a noleggio, le Sezioni III.A) e, per quanto compatibile, III.C) del citato Capitolato Generale d'Oneri;
- al materiale di consumo in somministrazione, la Sezione III.B) del medesimo Capitolato;
- ai servizi accessori, la Sezione III.C) del medesimo Capitolato.

Il Progettista

Dott. Stefano Nardelli