



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO – PD

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

I beni offerti, di seguito elencati, dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità alla procedura.

Si richiede **n. 1 coloratore automatico per vetrini**, da utilizzare in diagnostica, dotate delle seguenti specifiche tecniche minime:

- lo strumento deve essere utilizzato in laboratorio senza essere posizionato sotto cappa aspirante. Conseguentemente, lo stesso deve essere chiuso da un coperchio che limita le esalazioni nell'ambiente di lavoro e dotato di filtri a carbone attivi;
- deve garantire all'operatore di lavorare in sicurezza;
- le vaschette dei coloranti devono essere dotate di coperchi;
- possibilità di colorare almeno 16 vetrini;
- la movimentazione dei cestelli deve essere anti gocciolamento;
- svuotamento automatico delle vaschette utilizzate;
- possibilità di avere il doppio set di vaschette per coloranti o soluzioni alternative che permettano di effettuare due differenti colorazioni;
- la modalità di colorazione dei vetrini deve essere ad immersione;
- garanzia/assistenza di minimo 24 mesi comprese nel prezzo:

Si richiedono inoltre, per la fornitura in oggetto:

- servizio di consegna al piano e posizionamento;
- servizio accessorio di training/formazione a nostro personale utilizzatore.