



Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l'affidamento della fornitura di n. 6 PCR Real Time da destinare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Caratteristiche tecniche minime

La fornitura dovrà avere ad oggetto i beni di seguito indicati, suddivisi in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, per ciascuno dei quali vengono elencate le caratteristiche tecniche minime il cui possesso è richiesto a pena di inammissibilità alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

➤ **LOTTO 1- n. 4 piattaforme Real Time PCR con blocco termico peltier singolo (96 pozzetti):**

Accuratezza temperatura:	minore o uguale a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Uniformità temperature:	minore o uguale a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Presenza di almeno 5 canali di lettura della fluorescenza	
Numero di campioni alloggiabili non inferiore a 96	
Volumi di reazione:	tra 10 e 25 μL
Presenza protocollo HRM	
Presenza gradiente termico	
Velocità di <i>ramping</i> modificabile	
Possibilità di eseguire protocolli rapidi (<40 minuti per 35 cicli)	
Durata minima della garanzia	pari a 24 mesi decorrenti dal collaudo

➤ **LOTTO 2- 2 piattaforme Real Time PCR con blocco termico peltier (96 pozzetti):**

➤ Accuratezza temperatura:	minore o uguale a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Uniformità temperature:	minore o uguale a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Presenza di almeno 5 canali di lettura della fluorescenza	
Numero di campioni alloggiabili non inferiore a 96	
Volumi di reazione:	tra 10 e 25 μL
Presenza protocollo HRM	

Presenza gradiente termico	
Velocità di <i>ramping</i> modificabile	
Possibilità di eseguire protocolli rapidi (<40 minuti per 35 cicli)	
Possibilità di eseguire diversi protocolli di analisi (3 o più) nella stessa seduta analitica	
Durata minima della garanzia	pari a 24 mesi decorrenti dal collaudo