



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDEROGABILI DEL SERVIZIO

La fornitura dovrà avere ad oggetto il servizio di seguito indicato unitamente alle relative caratteristiche tecniche minime, il cui possesso è richiesto **a pena di inammissibilità alla procedura**, fermo il principio di equivalenza.

- Servizio di qualifica di prestazione necessario per la messa in servizio di n. 5 Autoclavi Verticali, di recente acquisizione, destinate alle Sezioni Territoriali di Bolzano, Verona, Adria, Pordenone e Udine dell'Istituto, per sterilizzazione a vapore umido con cicli a 121°C e 134°C secondo le norme EN 285, ISO 17665 1-2:
 - Tarature sensori di convalida (prima e successivamente le prove) eseguita con bagno termostatico ed indicatore di temperatura certificato;
 - Taratura strumentazione bordo macchina (UNI EN ISO 17665-1/2) eseguita con strumento campione certificato;
 - Test di vuoto eseguito con ripetizione di 3 cicli;
 - Test Bowie and Dick eseguito con ripetizione di 3 cicli;
 - Esecuzione di n° 3 test di ciclo a 134°C con carico;
 - Esecuzione di n° 3 test di ciclo a 121°C con carico;
 - Prove di asciugatura del carico.