



## **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME - CAPITOLATO TECNICO**

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale della fornitura indicata in oggetto per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "IZSVe", "Istituto" o "Stazione Appaltante").

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

### **1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA**

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

**Lotto 1 – N. 1 Termodisinfettore per gabbie e flaconi che associa processi di disinfezione ad alta temperatura con detergenti chimici, in grado di lavare gabbie, rastrelliere, bottiglie e abbeveratoi usati/contaminati, utilizzati nello stabulario di allevamento topi:**

- 1) Sistema di lavaggio con distruzione termica e chimica dei microrganismi;
- 2) Macchina di lavaggio per gabbie e materiali vari da stabulario ad aste oscillanti;
- 3) Dimensioni: circa 2000x1000xH2000 mm, esterne, massime;
- 4) Macchina con vasca di lavaggio fornita di pompa dosatrice detergente principale;
- 5) Pompa di lavaggio ed ugelli protetti da filtro di vasca e filtro in linea;
- 6) Risciacquo in linea con dosaggio di detergente/neutralizzante;
- 7) Gestione dei cicli, programmabile su touch screen;
- 8) Gestione delle temperature separate per lavaggio e risciacquo;
- 9) Circuito di lavaggio e risciacquo con aste separate e dedicate;
- 10) Aste facilmente smontabili, senza attrezzi;
- 11) Macchina con due livelli, il livello superiore asportabile senza attrezzi per lavare oggetti di grandi dimensioni;
- 12) Capacità minima di 24 gabbie Eurostandard Type II L (207 x 140 x 367 mm 530 cm<sup>2</sup>) e relative griglie per ogni lavaggio;
- 13) Capacità minima di 4 cestelli bottiglie e relativi beccucci per ogni lavaggio;
- 14) Sistema di gestione tramite touch screen a diversi livelli di utenza protetti da password.

### **2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI**

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura:

- 1) con riferimento al servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione, la stessa dovrà avvenire presso i locali e la sede dell'Istituto che saranno di volta in volta indicati nel relativo buono d'ordine; il termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 60 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d'ordine; la data e l'ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il referente del laboratorio destinatario che sarà indicato nel già menzionato buono d'ordine; ove espressamente richiesto; la consegna al piano ed il posizionamento dovranno

essere preceduti da un sopralluogo preventivo da parte del personale dell'aggiudicatario da concordarsi con il referente già citato;

- 2) con riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo, il termine massimo per la sua effettuazione è di n. 15 giorni decorrenti dalla consegna del bene; la data e l'ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con la referente dello stesso che sarà indicata nel buono d'ordine;
- 3) con riferimento al servizio di formazione al personale utilizzatore, lo stesso dovrà avere la durata ed il contenuto precisato dall'aggiudicatario nella propria offerta;
- 4) con riferimento all'obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa dovrà avere una durata pari a n. 10 anni dalla stipula contrattuale.

### **3. DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

*(omissis)*

**Il Progettista**

Sig.ra Maria Augusta Bozza