



**AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO**

**INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MePA, PER LA FORNITURA DI KIT PER INFLUENZA AVIARE E MYCOPLASMA MELEAGRIDIS, DI DURATA TRIENNALE, PER LA SCT1 E LA SCS6 DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.**

Con il presente avviso si intende effettuare un'indagine di mercato per manifestazione di interesse, al fine di verificare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura finalizzata ad aggiudicare la fornitura in oggetto.

Nelle tabelle che seguono sono indicati il dettaglio del fabbisogni e le caratteristiche tecniche minime dei prodotti:

**LOTTO 1**

Descrizione articolo	Codice articolo IZS	Fabbisogno massimo presunto triennale (n. determinazioni)
Kit Elisa Competitivo per la rilevazione di anticorpi <b>contro Influenza</b> Tipo A in campioni di siero	KT2384 - KT2314	74.880

**Caratteristiche tecniche minime:**

Fornitura di Kit Elisa Competitivo per la rilevazione di anticorpi contro Influenza Tipo A in campioni di siero, avente le seguenti caratteristiche tecniche minime:

kit idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per Influenza Tipo A nel siero di sangue tramite reazione ELISA allestita in formato monocupola (strip singole).

\*\*\*

I reagenti inclusi nel kit devono avere forma liquida (non sono ammessi reagenti liofilizzati da ricostituire).

Il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 550 e 650 nanometri.

Il kit deve essere disponibile nel formato in strip da 8 (1 colonna) pozzetti.

\*\*\*

La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta invariata da lotto a lotto.

L'operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:

- il valore di sensibilità dichiarato, che deve comunque essere  $\geq 95\%$ ,
- il valore di specificità dichiarato, che deve comunque essere  $\geq 98\%$ ,
- Il numero di campioni sul quale i predetti valori sono stati calcolati, il criterio sulla base del quale tali campioni sono stati considerati a priori negativi (es. prelevati da animali in allevamenti indenni, ecc.);

Il prodotto offerto deve essere in grado di fornire una risposta entro 24 ore dall'inizio della prova;

# ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

LEGNARO - PD

Il volume dei controlli deve essere tale da consentire l'esecuzione dell'analisi per almeno ogni strip delle piastre usate singolarmente;

Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve essere riportata una o più delle seguenti diciture:

- Cancerogeni;
- possibili o sospetti: H350 - H351;
- mutageni;
- possibili o sospetti: H340 - H341;
- con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361;

Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi.

Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale.

Il kit offerto deve avere su un set di sieri selezionati dalla stazione appaltante:

- un valore di sensibilità diagnostica  $\geq 99\%$ ;
- un valore di specificità diagnostica  $\geq 95\%$ .

## LOTTO 2

Descrizione articolo	Codice articolo IZS	Fabbisogno massimo presunto triennale (n. determinazioni)
Kit Elisa per la rilevazione di anticorpi specifici contro <i>Mycoplasma meleagridis</i> in campioni di siero di tacchino	KT2399	17.280

### Caratteristiche tecniche minime

Kit Elisa per la rilevazione di anticorpi specifici contro *Mycoplasma meleagridis* in campioni di siero di tacchino.

Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici contro *Mycoplasma meleagridis* nel siero di sangue di tacchino tramite reazione ELISA.

La reazione ELISA è allestita in formato monocupola (strip singole).

I reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida (non sono ammessi reagenti liofilizzati da ricostituire).

Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 550 e 650 nanometri.

Il kit è disponibile in strip da 8 (1 colonna) pozzetti.

La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta invariata da lotto a lotto.

L'operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:

- il valore di sensibilità dichiarato, che deve comunque essere  $> 0 =$  al 95%,
- il valore di specificità dichiarato, che deve comunque essere  $> 0 =$  al 98%,
- il numero di campioni sul quale i predetti valori sono stati calcolati,
- il criterio sulla base del quale tali campioni sono stati considerati a priori negativi (es. prelevati da animali in allevamenti indenni, ecc.);

Il prodotto offerto deve essere in grado di fornire una risposta entro 24 ore dall'inizio della prova;

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  
*Ente Sanitario di Diritto Pubblico*  
LEGNARO - PD

Il volume dei controlli deve essere tale da consentire l'esecuzione dell'analisi per almeno ogni strip delle piastre usate singolarmente;

Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata una o più delle seguenti diciture:

- cancerogeni
- possibili o sospetti: H350 - H351
- mutageni
- possibili o sospetti: H340 - H341
- con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361

Il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi.

Il kit, al momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale.

Il kit offerto dovrà avere su un set di sieri selezionati dalla stazione appaltante

- un valore di sensibilità diagnostica  $\geq 90\%$ .
- un valore di specificità diagnostica  $\geq 90\%$ .

\*\*\*

L'importo triennale stimato ammonta a:

- **€ 45.676,80, Iva esclusa, per il lotto 1;**
- **€ 10.540,80, Iva esclusa, per il lotto 2;**

per un **importo triennale complessivo pari a € 56.217,60, Iva esclusa.**

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse facendo pervenire la propria candidatura sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante, tramite P.E.C. all'indirizzo [provveditorato.izsve@legalmail.it](mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it), compilando il modello riportato nell'**Allegato 1 entro il 14 Aprile 2026 alle ore 12:00.**

Gli operatori economici interessati dovranno inviare:

- schede tecniche, in lingua italiana o inglese, relative ai prodotti proposti contrassegnate con i codici articolo IZSve.

Gli operatori dovranno, altresì, dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023;
- di essere in possesso del requisito di idoneità professionale (iscrizione al registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. per l'attività di cui alla fornitura in oggetto);
- la propria disponibilità all'invio di eventuale campionatura dei prodotti proposti.

**Non è richiesta in questa fase la presentazione di un'offerta economica.**

Agli esiti dell'indagine di mercato verrà attivata apposita procedura di affidamento con invito rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato il loro interesse a partecipare, che propongano prodotti conformi alle specifiche tecniche minime sopra indicate.

La procedura di affidamento si svolgerà tramite piattaforma MePA in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  
*Ente Sanitario di Diritto Pubblico*

LEGNARO - PD

Presupposto di partecipazione a tale procedura è, pertanto, che gli operatori economici interessati risultino essere iscritti alla piattaforma MePA (CPV 33696500-0 *Reattivi per laboratorio – IVD - Dispositivi medico-diagnostici in vitro*).

Si precisa che la presente indagine ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori economici da coinvolgere nella procedura di affidamento, riservandosi questo Istituto di non dar corso alla procedura o di variarne le forme invitando altresì alla procedura anche altri operatori economici presenti sul mercato.

I dati forniti saranno trattati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali.

La presente indagine di mercato è pubblicata anche sul profilo del committente nella sezione dedicata.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente all'indirizzo mail: [sberti@izsvenezie.it](mailto:sberti@izsvenezie.it).

**SCA2 Acquisti e logistica**  
**Il Direttore**  
***Dott. Stefano Affolati***

SA/sb

SCA2 Acquisti e logistica

Responsabile unico del progetto: dott. Stefano Affolati

(tel.: 049 8084232 email [saffolati@izsvenezie.it](mailto:saffolati@izsvenezie.it))

Referente dell'istruttoria: dott. Stefano Berti

(tel.: 0498084397 email [sberti@izsvenezie.it](mailto:sberti@izsvenezie.it))