



CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Scheda Tecnica – Generatore ad Ultrasuoni (Generator+Transducer)

C.I.G.: ZF71AC8E6F

Il bene oggetto della presente procedura, dovrà possedere, **a pena di inammissibilità dell'offerta presentata**, le caratteristiche tecniche minime inderogabili indicate di seguito:

ATTRIBUTO	DESCRIZIONE
1)	Potenza massima uguale o superiore a 200 watts
2)	Trasduttore e Generatore separati
3)	Frequenza > 20 kHz
4)	Ampiezza regolabile da 20 a 100%
5)	Possibilità di lavorare in continuo o ad impulsi da 0 a 100%
6)	Display digitale della potenza generata
7)	Per uso manuale e dotato di supporto
8)	Completo di box di protezione da ultrasuoni
9)	Accessoriato con sonda in titanio di diametro 2 mm adatta a campioni di volume compreso tra 2mL- 50 mL
10)	Accessoriato con sonda in titanio di diametro 7 mm adatta a campioni di volume compreso tra 20 mL-500 mL
11)	Accessoriato con sonda "vials tweeter" per vials tipo eppendorf funzionante senza l'ausilio di ulteriori accessori
12)	Completo di utensili per il montaggio delle sonde