

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

Agli operatori economici interessati

OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l'aggiudicazione della fornitura di un sistema HPLC/MS/MS per il Laboratorio contaminanti e bio-monitoraggio dell'IZSVE

Informazioni supplementari alla documentazione di gara

Con riferimento alla documentazione di gara relativa alla procedura indicata in oggetto, in conformità all'articolo 9 della lettera invito in virtù del quale: *“L'Istituto si riserva la facoltà di apportare, ove ne sorgesse la necessità nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, modifiche o integrazioni alla documentazione di gara, di cui sarà data pubblicità con le modalità illustrate al paragrafo che precede. (..) Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a prorogare le scadenze”* si precisa quanto segue:

- la **caratteristica tecnica minima “*Quadrupoli non allineati su uno stesso asse (cella di collisione non lineare)*”**, indicata a pag. 2 del Capitolato Tecnico, richiesta a pena di inammissibilità dell'offerta, fermo il principio di equivalenza, è da intendersi come **richiesta di una soluzione tecnica che indirizzi gli ioni su un percorso non lineare tra la sorgente e il rivelatore, al fine di individuare soluzioni tecniche che garantiscano al meglio la riduzione del rumore di fondo generato da specie interferenti in particolare le speci neutre.** Si precisa che quanto riportato tra parentesi (cella di collisione non lineare) ha valenza meramente esemplificativa senza alcuna pretesa di esaustività.

Legnaro, 6/10/2016.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e
Servizi
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Valentina Orsini