



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO – PD

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

La fornitura ha ad oggetto il seguente bene, individuato mediante descrizione delle relative caratteristiche tecniche minime, indicate unitamente al relativo quantitativo e agli importi unitari presunti:

Descrizione	Quantità	Importo unitario presunto (Iva esclusa)
1) Lettore micropiastre da 96 pozzetti in assorbanza. 2) Compatibilità con Windows XP, Vista, 7 e più recenti. 3) Intervallo di lunghezza d'onda da 340 a 750 nm. 4) Filtri di lettura a 405 nm, 450 nm, 550 nm, 650 nm in dotazione con possibilità di ampliamento gamma filtri.	1	€ 7.000,00