

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, PER LA FORNITURA DI UNO SPETTROFOTOMETRO PER MICROPIASTRE, CON OPZIONE DI ACQUISTO, DESTINATO ALLA SCS6 DELL'IZSVE.

C.I.G.: Z861A9CE65

RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ENTRO IL TERMINE PREVISTO

Quesito n. 1

E' richiesto, come caratteristica tecnica minima, anche il "collegamento seriale tramite porta RS232", come dalla vostra ricerca di mercato?

Risposta:

Si, è richiesto il collegamento seriale tramite porta RS232.

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Davide Violato