



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  
*Ente Sanitario di Diritto Pubblico*  
LEGNARO – PD

### **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME**

**N. 1 microscopio da laboratorio predisposto per fluorescenza**, ergonomico e modulare da laboratorio e ricerca con illuminazione LED in possesso della seguenti **caratteristiche tecniche minime**:

- Display con indicazioni dei parametri di controllo;
- Condensatore universale motorizzato;
- Tubo trioculare fotografico;
- Oculari regolabili 10x con indice di campo 25 mm;
- Tavolino ceramico ruotabile di oltre 120°;
- Revolver portaobiettivi codificato a 7 posizioni;
- Corredo ottico planare/fluorite universale con correzione ottica all'infinito completo di obiettivi: 1,25x, 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x, 63x;
- Revolver motorizzato per filtri per fluorescenza a 5 posizioni integrato nello stativo;
- Fotocamera digitale 5 Mgpix per campo chiaro e fluorescenza;
- Software per analisi d'immagine.

**Garanzia:** minimo 12 mesi.

\*\*\*

**Referente per chiarimenti di natura tecnica:**

area SCS3 Diagnostica Specialistica e Istopatologia (Laboratorio di Istopatologi), dott.ssa Marta Vascellari (tel 049.8084260 - mail [mvascellari@izsvenezie.it](mailto:mvascellari@izsvenezie.it));

Referente per la consegna ed il collaudo, da effettuarsi presso la U.O. suindicata, sita nell'edificio A della sede centrale dell'IZSVe di Legnaro (PD), primo piano, stanza n. 4: la referente sopra indicata.