

**Spett.le**  
**Istituto Zooprofilattico**  
**Sperimentale delle Venezie**  
**Viale dell'Università, 10**  
**35020 – Legnaro (PD)**

**Oggetto: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di kit ELISA per la ricerca di anticorpi IgM verso la *West Nile Disease* negli equidi, di durata triennale per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**  
**CIG: ZA71CC602D**

**Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
documento tipo: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**dichiara**

che il kit WEST NILE VIRUS IgM Ab Test presenta le seguenti caratteristiche:

- a) il kit è idoneo ad individuare gli anticorpi di tipo IgM per *West Nile Disease* nel siero di sangue equino tramite reazione ELISA;
- b) la reazione ELISA è allestita in n. 2 piastre a 96 pozzetti;
- c) il valore di sensibilità è pari a \_\_\_\_\_ % calcolata su n. \_\_\_\_\_ animali positivi;
- d) gli animali positivi sono stati considerati tali perché:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- e) il valore di specificità è pari a \_\_\_\_\_ % calcolata su n. \_\_\_\_\_ animali negativi;
- c) gli animali negativi sono stati considerati tali perché:

- 
- 
- 
- f) il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 96 pozzetti di almeno 4 pozzetti per ciascun controllo;
- g) ogni kit offerto contiene n. \_\_\_\_\_ piastre a 96 pozzetti;
- o) il fornitore, in caso di aggiudicazione, si impegna ad inviare le istruzioni dei kit, in lingua italiana;
- p) qualora si tratti di prodotti pericolosi, il fornitore si rende disponibile, in caso di aggiudicazione, a trasmettere le schede di sicurezza dei beni oggetto di fornitura, in lingua italiana, revisionate ogni qualvolta intervenga un aggiornamento;
- q) per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata una delle seguenti frasi di rischio:
- R40 *oppure* H351 – R45 *oppure* H350 – R49 *oppure* H350i (cancerogeni di prima o seconda o terza categoria);
  - R46 *oppure* H340 – R68 *oppure* H341 (mutageni di prima o seconda o terza categoria);
- n) il periodo di validità iniziale del kit, al momento della produzione, è pari a \_\_\_\_\_;
- r) il fornitore si impegna ad inviare, in caso di aggiudicazione, kit con un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale;

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FIRMA**

***(Documento sottoscritto digitalmente)***