



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO – PD

LOTTO 1 – N 2 CONGELATORI -80°C ORIZZONTALI

CIG: Z561D0CB60

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità alla procedura:

- N. 2 Congelatori -80°C orizzontali, **Panasonic, mod. Twin Guard – MDFDC700VX**, così configurati:
 - o Dimensioni: (lunghezza x larghezza x altezza) entro un massimo di 2600x900x1100 mm;
 - o Circa 800 litri;
 - o Sistema di back up ad azoto in caso di mancanza di alimentazione;
 - o Chiusura della porta con chiave o codice di sicurezza;
 - o Porte di adeguato spessore per risparmio energetico;
 - o Foro per ingresso sonda di temperatura;
 - o Display digitale;
 - o Ruote per facilitazione trasporto;
 - o Elevato livello di sicurezza e protezione del campione attraverso una maggiore stabilità della temperatura garantito dalla presenza di due sistemi di refrigerazione indipendenti in modo tale che se un sistema di refrigerazione salta, il secondo sia in grado di garantire una temperatura di -70°C;
 - o Pannello isolante sottovuoto a parete sottile che aumenti il volume interno utilizzabile per l'archiviazione del materiale;
 - o Garanzia post-vendita non inferiore a 24 mesi decorrenti dal collaudo.