



**Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di kit Elisa per la ricerca di anticorpi *Coronavirus* bovino e *BHV-4*, di durata triennale per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

**Numero gara: 6726240**

**CIG Lotto 1: 7054200DFB**

**CIG Lotto 2: 7054202FA1**

**VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO**

In data odierna 29/05/2017 alle ore 8:30, presso i laboratori della SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale, il sottoscritto Dott.ssa Maria Serena Beato, Dirigente veterinario presso la medesima Struttura dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, si valuta come di seguito esplicitato:

**LOTTO 1**

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dalla concorrente Euroclone Spa;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Li StarFish Srl in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "*Specificità diagnostica superiore al 98%*"; la ditta non ha presentato nessun dato di specificità diagnostica.

**LOTTO 2**

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dalle concorrenti Id-Vet Sarl e Li StarFish Srl;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Euroclone Spa in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "*Specificità diagnostica superiore al 98%*"; la ditta ha dichiarato una specificità diagnostica pari al 93%.

La seduta si chiude alle ore 11:30.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCT3 Diagnostica in Sanità Animale  
Il Dirigente  
*Dott.ssa Maria Serena Beato*