ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO – PD

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di n. 1 congelatore – 80°C verticale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), con opzione d'acquisto quinquennale.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

La fornitura dovrà avere ad oggetto i beni di seguito indicati unitamente alle relative caratteristiche tecniche minime il cui possesso è richiesto a pena di inammissibilità alla procedura:

N. 1 Congelatore – 80°C verticale:

1) Congelatore verticale con temperatura fino a -86°C;
2) Utilizzo di gas ecologici HC.;
3) Camera interna in acciaio inossidabile o verniciato a polveri epossidiche ;
4) Presenza di almeno 3 vani;
5) Sportelli interni dei vani in acciaio o alluminio;
6) Isolamento coibentante costituito da pannelli sottovuoto di almeno 8 cm.;
7) Foro passante per sonda televis;
8) Dimensioni esterne che consentano il passaggio per una porta larga 97 cm e alta 208 cm;
9) Capacità in Litri da 600 a 750;
10) Presenza di 2 compressori indipendenti;
11) Allarmi audiovisivi;
12) Chiusura con chiave o codice;
13) Consumo energetico/giorno non superiore a 18KWh/24h;
14) Tempo di raffreddamento da T ambiente (23°C/25°C) a -80°C in meno di 5 ore;
15) Certificazione del tempo di riscaldamento in caso di mancanza di alimentazione;

Garanzia: almeno 2 anni e 3 anni per i compressori;

Ubicazione: Struttura SCT3, Sede centrale IZSVe, Corpo A, secondo piano.