

LOTTO 1 TERMOCICLATORI

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base della seguente tabella:

Valutazione	Coefficiente
<i>Insufficiente</i>	<i>0</i>
<i>Discreto</i>	<i>0,3</i>
<i>Buono</i>	<i>0,50</i>
<i>Distinto</i>	<i>0,7</i>
<i>Ottimo</i>	<i>1</i>

BIO-RAD LABORATORIES		Valutazione	Coefficiente	Motivazione
Criterio				
1	Accuratezza temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.	<i>Ottimo</i>	<i>1</i>	<i>Accuratezza della temperatura pari a $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$</i>
2	Uniformità temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	<i>Buono</i>	<i>0,5</i>	<i>Uniformità pari a $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$</i>
3	Volumi di reazione	<i>Ottimo</i>	<i>1</i>	<i>Volume pari a 10 - 200 (max) microL (volume minore a 30 microL)</i>
4	Garanzia, a decorrere dalla data del collaudo	<i>Ottimo</i>	<i>1</i>	<i>48 mesi di garanzia</i>

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA		Valutazione	Coefficiente	Motivazione
Criterio				
1	Accuratezza temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.	<i>Ottimo</i>	<i>1</i>	<i>Accuratezza pari a $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$</i>
2	Uniformità temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	<i>Buono</i>	<i>0,5</i>	<i>Uniformità pari a $\pm 0.49^{\circ}\text{C}$</i>
3	Volumi di reazione	<i>Ottimo</i>	<i>1</i>	<i>Volume pari a 10-100 microL (< 30 μl)</i>
4	Garanzia, a decorrere dalla data del collaudo	<i>Ottimo</i>	<i>1</i>	<i>48 mesi di garanzia</i>