

**LOTTO 2 REAL TIME BLOCCO PELTIER**

**Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice**

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base della seguente tabella:

<b>Valutazione</b>	<b>Coefficiente</b>
<i>Insufficiente</i>	0
<i>Discreto</i>	0,3
<i>Buono</i>	0,50
<i>Distinto</i>	0,7
<i>Ottimo</i>	1

<b>BIO-RAD LABORATORIES</b>				
	<b>Criterio</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Motivazione</b>
1	Accuratezza temperatura minore o uguale a $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ .	<i>Buono</i>	0,5	Accuratezza temperatura pari a $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
2	Uniformità temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	<i>Buono</i>	0,5	Uniformità pari a $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
3	Compatibilità del software di gestione dello strumento con eventuali versioni precedenti	<i>Ottimo</i>	1	Software compatibile con tutte le versioni precedenti
4	Visualizzazione e conseguente identificazione dei campioni in tempo reale da parte del software di gestione dello strumento	<i>Ottimo</i>	1	Rilevazione di tutti i prodotti di PCR in tempo reale
5	Emissione di un report esaustivo dell'analisi eseguita da parte del software di gestione dello strumento	<i>Ottimo</i>	1	Software che genera report contenenti tutte le informazioni dell'analisi
6	Capacità dei canali di lettura della fluorescenza	<i>Ottimo</i>	1	Elevata capacità di lettura della fluorescenza
7	Volumi di reazione da 10 a 50 microl	<i>Ottimo</i>	1	volumi pari a da 10 a 125 ul microL (superiori a 50 $\mu\text{l}$ )
8	Entità della capacità di modifica della velocità di <i>ramping</i>	<i>Insufficiente</i>	0	Entità di modifica della velocità del <i>ramping</i> del 20%
9	Possibilità di utilizzo di plastiche (es. piastre, tubi, strip) non dedicate, ma reperibili sul mercato da più fornitori	<i>Ottimo</i>	1	Possibilità di utilizzo di plastiche di diverso tipo
10	Strumento in grado di eseguire protocolli di quantificazione assoluta e relativa.	<i>Ottimo</i>	1	Possibilità di eseguire tutti i protocolli di quantificazione necessari (quantificazione assoluta e relativa)
11	Possibilità di collegare lo strumento in rete per consentire l'accesso da postazioni remote.	<i>Ottimo</i>	1	Criterio pienamente soddisfatto alla luce della possibilità di operare sullo strumento anche da postazioni remote tramite collegamento internet.
12	Strumento "stand alone"	<i>Ottimo</i>	1	dello strumento di operare senza PC collegato in caso di necessità.
13	Garanzia, a decorrere dalla data del collaudo	<i>Ottimo</i>	1	garanzia di 48 mesi