

PUNTEGGI							
Critero/parametro	Fattore ponderale	Coefficiente provvisorio parziale per criterio Bio-rad Laboratories	Coefficiente provvisorio parziale per criterio Life Technologies	Riparametrazione intermedia per criterio Bio-rad Laboratories.	Riparametrazione intermedia per criterio Life Technologies	Punteggio definitivo parziale per criterio Bio-rad Laboratories	Punteggio definitivo parziale per criterio Life Technologies
Accuratezza temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ .	20	1	1	<i>non necessaria</i>	<i>non necessaria</i>	20	20
Uniformità temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	20	0,5	0,5	1	1	20	20
Volumi di reazione	15	1	1	<i>non necessaria</i>	<i>non necessaria</i>	15	15
Garanzia, a decorrere dalla data del collaudo	15	1	1	<i>non necessaria</i>	<i>non necessaria</i>	15	15
<b>Punteggio qualitativo definitivo</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>