

PUNTEGGI			
Critero/parametro	Fattore ponderale	Coefficiente provvisorio parziale per criterio Bio-rad Laboratories	Punteggio definitivo parziale per criterio Bio-rad Laboratories
Accuratezza temperatura minore o uguale a $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ .	10	0,5	5
Uniformità temperatura minore o uguale a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	10	0,5	5
Compatibilità del software di gestione dello strumento con eventuali versioni precedenti	3	1	3
Visualizzazione e conseguente identificazione dei campioni in tempo reale da parte del software di gestione dello strumento	3	1	3
Emissione di un report esaustivo dell'analisi eseguita da parte del software di gestione dello strumento	3	1	3
Capacità dei canali di lettura della fluorescenza	7	1	7
Volumi di reazione da 10 a 50 microL	6	1	6
Entità della capacità di modifica della velocità di <i>ramping</i>	6	0	0
Possibilità di utilizzo di plastiche (es. piastre, tubi, strip) non dedicate, ma reperibili sul mercato da più fornitori	5	1	5
Strumento in grado di eseguire protocolli di quantificazione assoluta e relativa.	5	1	5
Possibilità di collegare lo strumento in rete per consentire l'accesso da postazioni remote.	2	1	2
Strumento " <i>stand alone</i> "	2	1	2
Garanzia, a decorrere dalla data del collaudo	8	1	8
<b>Punteggio qualitativo definitivo</b>			<b>54,00</b>