



Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di n. 1 Liofilizzatore da banco, per la SCT2 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero di gara 6939587 - CIG: 73203732E7

VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO

In data odierna 05/05/2018 alle ore 9.30', presso la sezione di Treviso, la sottoscritta Dott.ssa DRIGO ILENIA, Dirigente biologo presso la SCT2 dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta nomina* effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti ETT, Montepaone s.r.l., BÜCHI Italia S.r.l., Deltek S.r.l., si valuta:

- **tecnicamente idonea** l'offerta presentata dall'offerente BÜCHI Italia S.r.l.
- **tecnicamente idonea** l'offerta presentata dall'offerente Montepaone S.r.l.
- **tecnicamente non idonea** l'offerta presentata dal concorrente ETT in ragione di una generale carenza di documentazione tecnica che non consente la verifica della corrispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche minime del capitolato tecnico, come risulta dall'allegato 1 "*Scheda valutazione offerte*".
- **tecnicamente non idonea** l'offerta presentata dal concorrente Deltek S.r.l. in ragione della mancata offerta del carrello di supporto, incluso nell'elenco delle caratteristiche tecniche minime del capitolato tecnico, come risulta dall'allegato 1 "*Scheda valutazione offerte*".

La seduta si chiude alle ore 13.30'.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

Il Dirigente di SCT2
Dott.ssa ILENIA DRIGO

Documento pubblicato sul profilo del committente in data .../.../.....