

Piano Dettagliato degli Interventi e dei Fabbisogni

apparecchiatura	n. matr.	descrizione struttura	ubicazione	responsabile struttura	Supporto al DEC e relativo contatto telefonico	piano di manutenzione
Sistema Per Elettroforesi Mod. Labchip Gx Touch	GT1451N0110	SCT2 - TV - Laboratorio biologia molecolare	Sezione Treviso	Agnoletti Fabrizio	Tonon Elena 0422-302302	- nr. 1 visita di manutenzione preventiva inclusiva della sostituzione di parti soggette ad usura e consumabili; - interventi illimitati di manutenzione correttiva comprensivi di trasferta, ore di lavoro, parti di ricambio soggette ad usura e consumabili;
Liquid Handling Strumento Aut. Per Allestimento Miscele Pcr	DG07106638	SCT3 FSN - Costi comuni Lab. Sierologia e malattie pianificate	Sede Legnaro (Pd)	Nardelli Stefano	Cavinato Nazzareno 049-8084355	- nr. 2 visite di manutenzione/anno a cadenza semestrale inclusive della sostituzione di parti soggette ad usura e consumabili; - interventi illimitati di manutenzione correttiva comprensivi di trasferta, ore di lavoro, parti di ricambio soggette ad usura e consumabili; - nr. 1 taratura annuale dei volumi erogati con bilancia a 5 digit, (risoluzione 0,00001 g) da effettuarsi secondo ISO 8655. Tale taratura dovrà essere eseguita per ciascun canale di erogazione, su tre diversi livelli di volume, eseguendo per ciascun volume nr. 10 dispensazioni.