



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  
*Ente Sanitario di Diritto Pubblico*  
LEGNARO - PD

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.e.P.A.) PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CAPPE CHIMICHE PER L'I.Z.S.Ve., CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE**

**Numero di Gara: 7102338**

**C.I.G.: 7510336D51**

**VERBALE ISTRUTTORIO DEL R.U.P. DI ESCLUSIONE E DI GARA DESERTA**

In data odierna 30/10/2018 alle ore 11.30 presso il proprio ufficio, ubicato nella Sede Centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "*Istituto*"), la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "*Istituto*"), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d'atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito "*Commissione*") della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell'ambito della stessa e all'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Alla seduta sono altresì presenti:

- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dr.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Il R.U.P. dà lettura del Verbale relativo alla seduta riservata del 24/10/2018, nel corso della quale la Commissione ha giudicato **tecnicamente inidonee** le offerte presentate da tutte le ditte offerenti AHSI S.p.a., Asem S.r.l. e Waldner S.r.l. in ragione del mancato possesso delle specifiche tecniche minime sotto evidenziate:

• **Ditta AHSI S.p.a.:**

- Non viene rispettato il requisito relativo all'Altezza minima utile interna per le Cappe (almeno 1300 mm):  
i Modelli offerti si riferiscono a Cappe di altezza interna utile pari a 1130 mm;
- Non viene rispettato il requisito minimo relativo alla Robustezza (alla velocità di 0.5 m/s valore limite richiesto  $CFR \geq 2500$ ):  
i Modelli offerti risultano caratterizzati da una Robustezza dichiarata corrispondente ad un valore di  $CFR = 370$  per il Modello 1200V\_50 (relativo al vetro aperto verticalmente ad un'altezza pari a 50 cm, vedi doc. Rx1200smart1500full050 Vav pag. 42/53). Dati migliorativi del CFR risultano invece riportati in relazione a posizionamento del vetro a destra o a sinistra, condizioni non applicabili in laboratorio per i modelli previsti nel Capitolato Tecnico (vetro unico ad alzata verticale);
- Non viene rispettato il requisito relativo alla Certificazione di costruzione secondo le norme UNI EN 14175 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6:  
i Modelli offerti risultano accompagnati dalla Certificazione ai sensi della norma UNI EN 14175 per le sole parti 2, 3, 6.

• **Ditta ASEM S.r.l.:**

- Non viene rispettato il requisito relativo alla Verniciatura della struttura metallica con resine epossidiche:  
dalla descrizione si evince una Verniciatura con polveri e non con resine;
- Non viene rispettato il requisito relativo al Sistema di aspirazione e regolazione portata aria (specificamente richiesto il regolatore di portata TSI Modello TSI FHC 50-01 LON, ovvero Modello TVRK/250/ELAB/FH-VS/TMZ con sensore di velocità TROX Modello VS-TRD):  
i Modelli offerti sono provvisti di un differente Sistema di regolazione denominato "RMP" e brevettato;
- Non viene rispettato il requisito relativo alla richiesta di fornitura di n. 2 motori a servizio di n. 4 Cappe da destinarsi presso l'Edificio "F" e n. 1 motore a servizio di n. 1 Cappa da destinarsi presso l'Edificio "A":  
nessun motore aspirante risulta indicato nella fornitura offerta;
- Non viene rispettato il requisito relativo alla Certificazione di costruzione secondo le norme UNI EN 14175 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6:  
i Modelli offerti risultano accompagnati dalla Certificazione ai sensi della norma UNI EN 14175 per le sole parti 2, 3, 4, 5 6;
- Dal test report n. 180010 non si evince il dato relativo alla Robustezza:  
nell'offerta tecnica viene dichiarato un valore di Robustezza pari a 3090 che risulterebbe corrispondere al fattore di contenimento (v. pag. 4 del test report n. 180010).

• **Ditta WALDNER S.r.l.:**

- Non viene rispettato il requisito relativo all'Altezza minima utile interna per le Cappe (almeno 1300 mm):  
i Modelli offerti per le n. 4 Cappe da destinarsi presso l'Edificio "F" si riferiscono a cappe di volume interno utile pari a 1250 mm;
- Non viene rispettato il requisito relativo alla richiesta di fornitura di n. 2 motori a servizio di n. 4 Cappe da destinarsi presso l'Edificio "F" e n. 1 motore a servizio di n. 1 Cappa da destinarsi presso l'Edificio "A":  
nessun motore aspirante risulta indicato nella fornitura offerta.

Il R.U.P. preso atto delle valutazioni negative della Commissione, propone, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

- l'esclusione di tutte le ditte concorrenti, disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 nei termini e con le modalità prescritte dalla citata disposizione;
- preso atto dell'esito della procedura di gara in parola, dichiara la stessa deserta e pertanto non aggiudicata.

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non conseguendo l'esclusione *de qua* "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali" citate dalla summenzionata disposizione normativa.

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.



Il presente Verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dr.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento .....

Dr.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante .....

Dr.ssa Marta Lovato - testimone .....