



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi**

**N. 315 del 06/08/2018**

**OGGETTO:** Esclusione dell'operatore economico Sigma Aldrich Srl offerente nella procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit vari per estrazione DNA e RNA da organi, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (CIG: 755621952D)



## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### LEGNARO (PD)

#### DETERMINAZIONE

#### DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

**OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico Sigma Aldrich Srl offerente nella procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit vari per estrazione DNA e RNA da organi, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (CIG: 755621952D)**

Con Determinazione n. n. 249 del 04/07/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio di una procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11, commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con successiva DDG n. 320/2017 (di seguito semplicemente "Regolamento") volta all'affidamento della fornitura di kit vari per estrazione DNA e RNA da organi, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto"), da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per sette giorni solari consecutivi. Entro il termine a tal fine previsto non è pervenuta alcuna candidatura.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 11/07/2018, ai seguenti operatori economici, individuati all'interno dell'Albo fornitori dell'Istituto, richiesta di migliore offerta (nostro prot. n. 10454/2017), conservata agli atti del Servizio:

- Euroclone Spa
- Roche Diagnostics Spa

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- Sigma Aldrich Srl

Entro il termine a tal fine previsto (ore 12:00 del 23/07/2018), sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

- Euroclone Spa (acquisita a ns. prot. n. 10745/2018);
- Sigma Aldrich Srl (acquisita a ns. prot. n. 10840/2018).

Con nota del RUP datata 23/07/2018, conservata agli atti del Servizio, è stato nominato esperto deputato a fornire supporto al RUP per la valutazione dell' idoneità tecnica delle offerte pervenute, la Dott.ssa Erika Rampazzo, Collaboratore sanitario D presso la SCT3 dell'Istituto.

Come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nel corso della seduta del 03/08/2018, in seguito all'esame della documentazione tecnica, è stato rilevato con riferimento all'offerta presentata dall'operatore economico Sigma Aldrich Srl, l'inidoneità tecnica della stessa risultando mancante delle specifiche tecniche minime di seguito riportate, richieste dalla *lex specialis* di gara:

- con riferimento al prodotto con codice (PG)BM0153: assenza del reagente *PolyA* e articolo non specifico per l'estrazione di RNA virale;
- con riferimento al prodotto con codice (PG)BM0173: non è prevista dalla documentazione tecnica l'estrazione da matrice sangue.

Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel relativo verbale cui si fa espresso rinvio, il RUP, nel corso della successiva seduta riservata del 06/08/2018, esaminate le risultanze sopra riportate, ha proposto di dichiarare l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura e di provvedere altresì a darne debita comunicazione al medesimo operatore economico entro i termini di legge.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti, conseguendo l'esclusione *de qua* non "*all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali*" citate dalle summenzionate disposizioni normative. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di pubblicazione con le differenti modalità e termini previsti ai sensi della prima parte del medesimo art. 29, comma 1, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI**

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

### **D E T E R M I N A**

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta del 03/08/2018 allegato al presente provvedimento (Allegato 1), l'esclusione dell'operatore economico Sigma Aldrich Srl dalla procedura in parola;
2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell'avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti, non conseguendo l'esclusione *de qua* "*all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali*";
4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase della procedura.

Il Dirigente  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi  
Dott. Davide Violato



**Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit vari per estrazione DNA e RNA da organi, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

**Numero di gara 7140780**

**CIG: 755621952D**

**VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO**

In data odierna 03/08/2018 alle ore 16:50, presso IZSv, il sottoscritto Dott.ssa Erika Rampazzo, Collaboratore sanitario D presso la SCT3 – Laboratorio di Virologia Diagnostica dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dai concorrenti
  - EUROCLONE per tutti i kit proposti;
  - SIGMA-ALDRICH per i kit (PG)BM011 e (PG)BM0174
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente SIGMA-ALDRICH in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "Per il kit (PG)BM0153 assenza del reagente PolyA nel kit e non specifico per l'estrazione di RNA virale; per il kit (PG)BM0173 non è prevista l'estrazione da matrice sangue";

La seduta si chiude alle ore 17,15

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCT3 Laboratorio Virologia Diagnostica  
Dott.ssa Erika Rampazzo