



**Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit vari per estrazione DNA e RNA da organi, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

**Numero di gara 7140780**

**CIG: 755621952D**

**VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO**

In data odierna 03/08/2018 alle ore 16:50, presso IZSVe, il sottoscritto Dott.ssa Erika Rampazzo, Collaboratore sanitario D presso la SCT3 – Laboratorio di Virologia Diagnostica dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dai concorrenti
  - EUROCLONE per tutti i kit proposti;
  - SIGMA-ALDRICH per i kit (PG)BM0011 e (PG)BM0174;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente SIGMA-ALDRICH in ragione del mancato possesso della caratteristica tecnica minima "Per il kit (PG)BM0153 assenza del reagente PolyA nel kit e non specifico per l'estrazione di RNA virale; per il kit (PG)BM0173 non è prevista l'estrazione da matrice sangue".

La seduta si chiude alle ore 17:15

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCT3 Laboratorio Virologia Diagnostica  
Dott.ssa Erika Rampazzo