



Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di n. 1 distillatore per analisi Kjeldahl con titolare esterno, con patto di opzione quinquennale, destinato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Numero gara: 7144102 - CIG: 75604210C8

RdO n. 2024500

VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO

In data odierna 30/10/2018 alle ore 9.00 presso la SCS2 Chimica, il sottoscritto Dott. Giovanni Binato, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, si valuta:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dal concorrente **Astori**;
- tecnicamente idonee le offerte presentate dalle concorrenti **FKV** e **Vetrotecnica**, a seguito della risposta positiva di entrambe a riscontro della richiesta di precisazioni (tramite la funzione *Comunicazioni* del portale Mepa in data 29/10/2018) in merito al possesso della caratteristica tecnica minima "*utilizzabile con provettoni Kjeldhal di vario volume, fino a 1200ml*", che non era stata espressamente indicata dalle stesse nella documentazione tecnica presentata;

La seduta si chiude alle ore 11.00

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCS2 Chimica

Il Dirigente
Dr Giovanni Binato

Documento pubblicato sul profilo del committente in data .../.../.....