



Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero gara: 7115806

Sesto verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche

In data odierna 21 Maggio 2019, alle ore 10:30 si riunisce in seduta riservata, presso i locali della Sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "IZSve" o "Istituto") la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell'IZSve n. 470 del 08/11/2018, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute.

La Commissione è composta come segue:

- Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni Alimentari dell'Istituto, in qualità di Presidente, che partecipa alla presente seduta in videoconferenza;
- Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari dell'Istituto, in qualità di componente effettivo;
- Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni alimentari dell'Istituto, in qualità di componente effettivo;
- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell'IZSve n. 147 del 03/04/2019, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nei verbali della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche del 7, 14 e 21 Febbraio 2019 e del 7 Marzo 2019, è stata determinata l'esclusione degli operatori economici Analytical Control De Mori S.r.l., per il lotto 11; Becton Dickinson Italia S.p.A., per il lotto 4; Biolife Italiana S.r.l., per il lotto 2; DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., per il lotto 1; Liofilchem S.r.l., per i lotti 1, 2, 7 e 11; Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per i lotti 2 e 3; Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., per il lotto 3; VWR International S.r.l., per il lotto 1.

Si è, quindi, provveduto a trasmettere comunicazione dell'avvenuta esclusione alle succitate ditte con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Successivamente, la ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. con propria nota – acquisita agli atti al ns. prot. n. n. 5115 del 09/04/2019 – richiedeva alla Stazione appaltante, in relazione al lotto 2 – terreno TBX (TE0242) e Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249), un'ulteriore verifica dei campioni dei succitati terreni presentati in sede di gara, in quanto certi della totale corrispondenza e conformità al Capitolato tecnico del terreno da noi offerto.

Alla luce della succitata richiesta, come si evince dal verbale della seduta riservata del 09/04/2019, agli atti di questo Servizio, il RUP ha preso atto della nota pervenuta ed ha disposto la trasmissione della stessa alla Commissione giudicatrice per il seguito di competenza.

Nel corso della seduta odierna la Commissione giudicatrice procederà, pertanto, alla presa d'atto delle valutazioni conseguenti alla nuove prove effettuate sulle campionature degli articoli sopraccitati.

Da tale esame emerge l'inidoneità dei prodotti offerti dalla ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c. per le seguenti motivazioni:

Lotto 2 – terreno TBX (TE0242)

La nota della ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., secondo cui l'agar TBX si mantiene allo stato fuso fino alla temperatura di +40°C, non è confermata dalle nuove prove effettuate sul campione trasmesso dall'operatore economico in parola. Durante le prove effettuate l'agar è stato mantenuto in bagno termostatico tarato a 44÷47°C. Una volta estratto dal suddetto bagno, con una temperatura a 45.6°C, il TBX non risultava completamente liquido. Sono stati, altresì, evidenziati diversi grumi durante l'operazione di versamento del terreno nella piastra. I laboratori utilizzatori si troverebbero, pertanto, impossibilitati ad eseguire la semina per agar-germi alla luce delle direttive previste dal "Sistema Qualità".

Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249)

Come richiesto dalla succitata nota di contestazione trasmessa da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., sono state eseguite nuove prove sul campione presentato dalla ditta in parola. Come attestato, dal certificato del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi dell'IZSVE, allegato, quale parte integrante, al presente verbale (Allegato 1) è stata testata la nuova produzione di MSRV – lotto 072/S, con le seguenti valutazioni:

- Il Lotto 072/S-1 è stato testato senza asciugatura, come specificato dalla ditta nel verbale di contestazione, pur non essendo stata prevista dalla scheda tecnica offerta dalla ditta in sede di gara. Il Laboratorio ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d'inoculo e, quindi, di difficile interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.
- Il Lotto 072/S-2 è stato testato con asciugatura sotto cappa a flusso laminare orizzontale, con piastre semiaperte, seguendo una prassi abituale per il laboratorio del Centro servizi alla produzione dell'Istituto utilizzata, tra l'altro per testare tutte le campionature di tale terreno pervenute dalle ditte in gara. Il Laboratorio Salmonelle ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d'inoculo e, quindi, di difficile interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.

Ciò considerato, il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale verrà trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 12:00.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- Dott.ssa Michela Favretti - Presidente della Commissione Giudicatrice.....
- Sig.ra Romina Bottazzo - componente della Commissione.....
- Sig.ra Francesca Barbiero - componente della Commissione.....
- Dott. Stefano Berti- segretario verbalizzante.....

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019



Centro di Referenza Nazionale per le
Salmonellosi
IZS delle Venezie
Viale dell'Università, 10
35020-Legnaro (PD)
www.izsvenezie.it

Direttore
Dott.ssa Antonia Ricci
Tel. 049 8984 296
e-mail aricci@izsvenezie.it

Prova di campionatura del terreno **MODIFIED SEMISOLID RAPPAPORT VASSILIADIS (MSRV).**

Disegno Sperimentale

Le prove sperimentali sono state eseguite in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 6579-1: 2017 (fase di arricchimento selettivo), sia su matrice alimentare (n.2 tipologie di alimento) e sia su matrice della produzione primaria (feci di pollo).

Nello specifico, per quanto riguarda la matrice alimentare, ciascun alimento (25 g) è stato contaminato con MRC (Materiale di Riferimento Certificato), sierotipo *S. Typhimurium* alla concentrazione 50-80 UFC.

Per la matrice feci (25 g) sono stati utilizzati MRC sierotipo *S. Typhimurium* alla concentrazione 50-80 UFC utilizzato alla diluizione 1:10 e sierotipo *S. Enteritidis* alla concentrazione 80-120 UFC impiegato alla diluizione 1:10.

Inoltre la prova è stata eseguita anche in assenza di matrice con il MRC *S. Agbeni* e *S. Enteritidis* impiegando un ceppo vaccinale.

Il lotto del terreno (072/S-1 e 072/S-2) è stato preparato il 15/04/2019 con scadenza 30/04/2019.

Le prove sono state eseguite dal giorno 16/04/2019 al giorno 19/04/2019.

Criteri valutativi

Per ciascuna prova la crescita nelle piastre di MSRV è stata osservata a 24 h post semina e a 48 h post semina.

Il requisito considerato nella valutazione è il seguente:

- sciamatura intesa come alone di crescita dal centro dell'inoculo verso la periferia.


Risultati

Lotto MSRV 072/S-1: presenza di alone di crescita bianco lattiginoso e intenso di aspetto rugoso - non chiaramente differenziabile dal punto d'inoculo e quindi di difficile interpretazione - Valutazione sfavorevole.

Lotto MSRV 072/S-2: presenza di alone di crescita bianco lattiginoso e intenso - non chiaramente differenziabile dal punto d'inoculo e quindi di difficile interpretazione - Valutazione sfavorevole.

Il Direttore

Dott.ssa Antonia Ricci

per 

Legnaro 07.05.2019