



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

LEGNARO - PD

Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero gara: 7115806

7° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP

In data odierna 28/05/2019 alle ore 10:10, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto"), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, per esaminare le risultanze della seduta riservata della Commissione giudicatrice tenutasi in data 21/05/2019.

Alla seduta sono altresì presenti:

- Dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell'Istituto, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell'Istituto, in qualità di testimone.

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 21/05/2019, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla presa d'atto delle valutazioni conseguenti alle nuove prove effettuate sulle campionature degli articoli TBX (TE0242) del lotto 2 e M.S.R.V. (TE0249) del lotto 3 presentati da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., a seguito del ricevimento della nota – ns. prot. n. 5115 del 09/04/2019 – con cui la ditta in parola richiedeva alla Stazione appaltante una nuova verifica dei campioni succitati in quanto certi della totale corrispondenza e conformità degli stessi al Capitolato tecnico di gara.

Da tale esame è emersa l'inidoneità dei prodotti offerti dalla ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., per le seguenti motivazioni:

Lotto 2 – terreno TBX (TE0242)

La nota della ditta Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., secondo cui l'agar TBX si mantiene allo stato fuso fino alla temperatura di +40°C, non è confermata dalle nuove prove effettuate sul campione trasmesso dall'operatore economico in parola. Durante le prove effettuate l'agar è stato mantenuto in bagno termostatico tarato a 44°÷47°C. Una volta estratto dal suddetto bagno, con una temperatura a 45.6°C, il TBX non risultava completamente liquido. Sono stati, altresì, evidenziati diversi grumi durante l'operazione di versamento del terreno nella piastra. I laboratori utilizzatori si troverebbero, pertanto, impossibilitati ad eseguire la semina per agar-germi alla luce delle direttive previste dal "Sistema Qualità".

Lotto 3 – terreno M.S.R.V. (TE0249)

Come richiesto dalla succitata nota di contestazione trasmessa da Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., sono state eseguite nuove prove sul campione presentato dalla ditta in parola. Come attestato, dal certificato del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi dell'IZSVe, allegato, quale parte integrante, al presente verbale (Allegato 1) è stata testata la nuova produzione di MSR/V – lotto 072/S, con le seguenti valutazioni:

- Il Lotto 072/S-1 è stato testato senza asciugatura, come specificato dalla ditta nel verbale di contestazione, pur non essendo stata prevista dalla scheda tecnica offerta dalla ditta in sede di gara. Il Laboratorio ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d'inoculo e, quindi, di difficile interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.

- Il Lotto 072/S-2 è stato testato con asciugatura sotto cappa a flusso laminare orizzontale, con piastre semiaperte, seguendo una prassi abituale per il laboratorio del Centro servizi alla produzione dell'Istituto utilizzata, tra l'altro per testare tutte le campionature di tale terreno pervenute dalle ditte in gara. Il Laboratorio Salmonelle ha rilevato la presenza di un alone di crescita bianco lattiginoso e intenso, di aspetto rugoso e non chiaramente differenziabile dal punto d'inoculo e, quindi, di difficile interpretazione. La valutazione del terreno è stata, pertanto, sfavorevole.

Il RUP, preso atto della valutazione della Commissione, dispone, pertanto, affinché si dia comunicazione all'operatore in parola della conferma dell'esclusione di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 147 del 03/04/2019.

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:40

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _____

Dott. Stefano Berti - testimone e segretario verbalizzante _____

Dott.ssa Miriam Belcaro – testimone _____

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019