



**Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit Elisa per la ricerca di anticorpi BRSV (Virus respiratorio sinciziale bovino) e P13 (Parainfluenza), di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

**Numero Gara 7167328**  
**CIG Lotto 1: 7588451BDB**  
**CIG Lotto 2: 75952820FD**

**1° VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO**

In data odierna 06/09/2018 presso il Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate della SCT3 dell'Istituto, il sottoscritto Dott.ssa Alda Natale, Dirigente veterinario presso la medesima Struttura dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti per entrambi i Lotti si rileva quanto segue:

1. entrambi gli operatori economici concorrenti risultano in possesso delle caratteristiche tecniche minime previste dalla *lex specialis* di gara;
2. con riferimento alla caratteristica minima "*Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure da 16 (2 colonne) pozzetti*" la concorrente Agrolabo non ha dichiarato all'interno dell'All. B – Modello per offerta tecnica Agrolabo se le piastre dei prodotti forniti siano disponibili in formato strip (ad 8 oppure 12 colonne). L'unico riferimento all'utilizzo di strip è presente nelle istruzioni allegate ai documenti di offerta, senza tuttavia esserci alcuna specificazione in merito al numero di pozzetti.

In base quanto suesposto, si ritiene necessario richiedere alla concorrente Agrolabo Spa di fornire un'indicazione prevista del numero di pozzetti del kit offerto per entrambi i Lotti.

3. con riferimento ai valori di sensibilità e specificità dichiarati ed, in particolare, relativamente ai valori indicati da fornitore ed alla numerosità campionaria su cui tali valori sono stati calcolati, si evidenziano alcune criticità:
  - i valori di sensibilità e specificità sono stati calcolati su una numerosità campionaria modesta, e pertanto sono affetti da un significativo margine di incertezza statistica;
  - la definizione dello stato *a priori* dei campioni si basa non tanto su una condizione di effettiva positività/negatività dell'animale, quanto piuttosto su altre prove diagnostiche di riferimento; ne conseguono valori di sensibilità e specificità relativi, per loro natura meno affidabili.

A seguito di un esame approfondito di tali valori per i prodotti offerti per entrambi i Lotti, all'interno del sito ufficiale <http://vassarstats.net/prop1.html>, risulta che per entrambi gli operatori economici concorrenti:

- I valori target di specificità (97%) ricadono sempre all'interno dell'intervallo fiduciale: quindi, su base statistica, nessuna ditta può garantire il raggiungimento del requisito ed entrambe dichiarano prestazioni sostanzialmente simili;
- I valori target di sensibilità (90%) ricadono all'interno dell'intervallo fiduciale per il Lotto 1 (e quindi si applica quanto sopra detto in merito alla specificità), mentre per il Lotto 2 il valore target è inferiore al limite minimo dell'intervallo fiduciale, quindi il requisito è soddisfatto anche su base statistica.

Si rileva altresì che il concorrente Euroclone Spa, in sede di autocertificazione con riferimento al prodotto offerto per il Lotto 2, ha dichiarato un valore di specificità che non corrisponde a quello dichiarato in via ufficiale da produttore del kit. Si ritiene tuttavia che si tratta di un errore materiale nella documentazione di offerta, il quale non incide sull'idoneità tecnica del prodotto offerto.

Tutto ciò considerato, si ritiene comunque di considerare soddisfatto il requisito di sensibilità e specificità richieste per tutti i kit proposti, nei limiti di affidabilità statistica sopra descritti.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCT3 - Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate  
Il Dirigente  
*Dott.ssa Alda Natale*

*Documento pubblicato sul profilo del committente in data 26/09/2018*