



Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit Elisa per la ricerca di anticorpi BRSV (Virus respiratorio sinciziale bovino) e P13 (Parainfluenza), di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero Gara 7167328

CIG Lotto 1: 7588451BDB

CIG Lotto 2: 75952820FD

2° VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO

In data odierna 12/09/2018 presso il Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate della SCT3 dell'Istituto, il sottoscritto Dott.ssa Alda Natale, Dirigente veterinario presso la medesima Struttura dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, all'espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.

Prima di procedere con le valutazioni odierne, l'esperto richiama il verbale della seduta riservata del 06/09/2018, nel corso della quale ha proceduto alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni offerti nella procedura in oggetto; nel citato verbale risulta che egli ha rilevato la necessità di richiedere la seguente precisazione alla concorrente Agrolabo Spa:

- con riferimento alla caratteristica minima *"Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure da 16 (2 colonne) pozzetti"* la concorrente Agrolabo non ha dichiarato all'interno dell'All. B – Modello per offerta tecnica Agrolabo se le piastre dei prodotti forniti siano disponibili in formato strip (ad 8 oppure 12 colonne). L'unico riferimento all'utilizzo di strip è presente nelle istruzioni allegate ai documenti di offerta, senza tuttavia esserci alcuna specificazione in merito al numero di pozzetti.

In base quanto suesposto, si ritiene necessario richiedere alla concorrente Agrolabo Spa di fornire un'indicazione prevista del numero di pozzetti del kit offerto per entrambi i Lotti

Il RUP, con proprio verbale del 07/09/2018, preso atto del rilievo espresso, rilevato che lo stesso consista in una mera esplicitazione di informazioni comunque rinvenibili nelle istruzioni del prodotto offerto, ed inviate da parte della concorrente nell'ambito della propria offerta tecnica, ha ritenuto di poter procedere alla richiesta di precisazioni alla concorrente, esauendosi la stessa nel mero chiarimento di quanto già indicato nei documenti tecnici resi e conservati agli atti.

Con nota nostro prot. n. 12768 del 10/09/2018 si è proceduto pertanto ad inviare all'operatore economico Agrolabo Spa la richiesta di precisazioni in ordine all'offerta tecnica presentata per entrambi i Lotti. L'operatore economico ha risposto con nota acquisto a ns protocollo n. 12821/2018.

Tutto ciò premesso, nel corso della seduta odierna, l'esperto, preso atto delle precisazioni fornite, procede all'attribuzione del giudizio di idoneità a seguito della verifica del possesso delle prestazioni, caratteristiche tecniche e documentazione richieste dalla *lex specialis*. Dalle valutazioni emerge che ogni piastra da 96 pozzetti è composta da 8 blocchi da 16 pozzetti (2 file di pozzetti da 8 pozzetti cadauno – 1

colonna dispari da 8 pozzetti accoppiata ad 1 colonna pari da 8 pozzetti).

I pozzetti sono separabili manualmente, mantenendo sempre la necessità di testare i campioni in doppio pozzetto (1 pozzetto pari + 1 pozzetto dispari accoppiato esempio A1 e A2 per un campione).

Poiché lo stesso rispetta le specifiche tecniche minime previste nella *lex specialis*, si ritiene di giudicare l'offerta idonea.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCT3 - Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate
Il Dirigente
Dott.ssa Alda Natale

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 26/09/2018