

Ultracentrifuga							
Parametro/sottoparametro	Punteggio max	Coefficiente assegnato		Riparametrazione intermedia per criterio = Coefficiente definitivo parziale per criterio		Punteggio definitivo parziale per criterio	
		Ahsi	Beckman	Ahsi	Beckman	Ahsi	Beckman
Certificazione di compatibilità (previo ritiro e revisione) dell'ultracentrifuga proposta con i rotori per ultracentrifugazione già presenti in IZSVe senza inficiare sulla durata di garanzia dell'ultracentrifuga*	30	1	0,75	1	0,75	30,00	22,50
Possibilità di programmazione della centrifuga da remoto (PC/tablet/telefono)	20	0,5	1	0,5	1	10,00	20,00
Dimensioni	10	0,75	0,25	1	0,33	10,00	3,30
Mantenimento della temperatura della camera in caso di blocco accidentale /interruzione di corrente	5	0,5	0,75	0,67	1	3,33	5,00
Durata della garanzia delle parti meccaniche	5	0	0	0	0	0,00	0,00
						53,33	50,80
70							
litativo complessivo definitivo dopo riparamet						70,00	66,68