



AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DEL KIT *ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE*, DI DURATA QUADRIENNALE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.

Numero di gara 7240458 - CIG:7677752960

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto nato a il
c.f., in qualità di Legale Rappresentante/..... dell'operatore economico offerente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che le il kit **ACTINO BACILLUS LEUROPNEUMONIE** presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

1. il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per *Actinobacillus pleuropneumoniae* anticorpi anti-tossina ApxIV nel siero di sangue suini tramite reazione Elisa;
2. la reazione ELISA è allestita in formato monoupola;
3. il kit è confezionato in modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti;
4. il volume massimo di lavoro non è superiore a 200 µl (non sono considerati i volumi previsti nelle fasi di lavaggio);
5. i reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida (non sono ammessi reagenti liofilizzati da ricostituire);
6. il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda:
 - 405 nanometri,
 - 450 nanometri,
 - 490 nanometri,
 - 650 nanometri;
7. il kit è disponibile:
 - in strip da 8 (1 colonna) pozzetti,
 - in da 16 (2 colonne) pozzetti;
8. il kit offerto ha un valore di specificità diagnostica non < al 99%; nel dettaglio:
 - il valore di specificità è pari a _____ % calcolata su n. _____ campioni di sangue suino negativo,

- i campioni di sangue suino negativo sono stati considerati tali perché _____

_____;

9. il kit offerto ha un valore di sensibilità diagnostica non > al 70%; nel dettaglio:

- il valore di sensibilità è pari a _____ % calcolata su n. _____
campioni di sangue suino positivo,
- i campioni di sangue suino positivo sono stati considerati tali perché _____

_____;

10. il kit non dà reazione positiva in suini immunizzati con vaccino inattivato contro *Actinobacillus pleuropneumoniae*;

11. il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per ciascun controllo;

12. per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata una o più delle seguenti diciture:

- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i,
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure H341;

13. il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi;

14. il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale;

15. il produttore del kit è certificato ISO9001/USDA o equivalente.

Unitamente a tale modello di Offerta Tecnica, l'operatore economico deve fornire le istruzioni d'uso, in lingua italiana, la scheda tecnica ed il fascicolo di validazione, in lingua italiana o inglese, del kit offerto.

....., lì/.../.....

FIRMA

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell'impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un valido documento d'identità del delegante.