



**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.**

**Numero gara 7300937**

**GARA n. 002-2018**

**2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

In data odierna 20/08/2019, alle ore 9:30, il Presidente della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "IZSVe" o "Istituto"), n. 533 del 17/12/2018 comunica al referente amministrativo della procedura l'esito seconda fase di valutazione tecnica delle offerte ritenute qualitativamente idonee, consistente nell'attribuzione dei punteggi tecnici sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.

La Commissione è composta come segue:

- Dott.ssa Michela Rabini, Dirigente veterinario presso la SCT6 Bolzano dell'Istituto, in qualità di Presidente (in collegamento tramite videoconferenza);
- Dott. Marco Bregoli, Dirigente veterinario presso la SCT4 Udine dell'Istituto, in qualità di componente effettivo (in collegamento tramite videoconferenza);
- Dott. Fabrizio Montarsi Dirigente biologo presso la SCS3 – Laboratorio di Parassitologia dell'Istituto, in qualità di componente effettivo;
- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone.

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, l'assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, e comportanti l'accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Atteso che la *lex specialis* di gara prevede l'aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione comunica in data odierna gli esiti dell'esame sostanziale delle offerte tecniche effettuati, in seduta riservata, sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella *lex specialis* di gara.

Prima di procedere con le valutazioni odierne, il Presidente dà lettura del verbale della seduta riservata del 22/05/2019, nel corso della quale la Commissione ha proceduto alla verifica del possesso, da parte dei prodotti offerti, delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura.

Nel citato verbale risulta che la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere le seguenti precisazioni:

- Id-Vet Sarl = relativamente all'offerta per il Lotto 1, invio del certificato di approvazione da parte di un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE per l'analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 50 latti singoli per il lotto del kit fornito a titolo di campionatura (E63); la copia del certificato presente all'interno della documentazione di offerta tecnica è infatti riferita ad un lotto diverso (C59).
- Euroclone Spa = con riferimento all'offerta inviata per il Lotto 1, invio di nuova campionatura il cui confezionamento risulti corrispondente a quello del prodotto offerto nella documentazione cartacea inviata.

Con riferimento al Lotto 2, invio della campionatura a comprova del prodotto offerto e del relativo certificato di qualità rilasciato da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE per l'analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 100 latti.

Successivamente, il RUP, con proprio verbale del 23/05/2019 preso atto dei rilievi espressi, rilevato che gli stessi consistono in mere precisazioni in ordine all'offerta tecnica già presentata, riteneva di poter procedere alla richiesta di precisazioni ai concorrenti, esauendosi la stessa nel chiarimento di quanto già indicato nelle dichiarazioni e negli altri documenti tecnici conservati agli atti.

Con note inviate a mezzo piattaforma *e-procurement*, agli atti, si procedeva ad inviare ai citati concorrenti la richiesta di precisazioni in ordine all'offerta tecnica presentata.

\* \* \*

Nel corso della seduta odierna, la Commissione preso atto delle precisazioni fornite, ritiene di esprimere le seguenti considerazioni:

#### **Lotto 1**

Id-Vet Sarl: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi previsti nella *lex specialis* gara [il kit inviato a titolo di campionatura (lotto E63) non rispetta la caratteristica inerenti la presenza del certificato rilasciato da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE – mentre il kit oggetto della documentazione tecnica (lotto C59) non rispetta la caratteristica inerente la validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale], giudica tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente.

Euroclone Spa: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi previsti nella *lex specialis* gara [il kit fornito non è confezionato in modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti (kit monocupola) o più di 10 piastre a 96 pozzetti (kit bicupola)], giudica tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente.

#### **Lotto 2**

Euroclone Spa: la Commissione,

- preso atto che il concorrente non è in grado di fornire la campionatura per il prodotto offerto,
- appurato che, secondo la recente giurisprudenza in materia, la produzione di un campione non costituisce elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, la sua funzione è meramente quella di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, (Sent Cons. Stato sez. V del 30/01/2017 n. 3719),
- valutato tuttavia che, pur non trattandosi di un requisito richiesto a pena di esclusione dalla procedura, la stessa è essenziale ai fini della verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte della stazione appaltante e della successiva valutazione qualitativa da parte della Commissione giudicatrice (svolta anche mediante prove tecniche sulla campionatura medesima),
- preso atto altresì che, a seguito della richiesta di regolarizzazione dell'offerta e di inutile decorso di tale termine, si è verificata l'impossibilità per la Commissione di valutare il prodotto offerto per il lotto in esame,

ritiene di giudicare tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente per il Lotto 2.

Successivamente, per le sole offerte ritenute tecnicamente idonee, la Commissione, procede alla valutazione qualitativa esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all'*Allegato A* al presente verbale.

Terminata l'attività di valutazione, la Commissione esegue le operazioni di calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all'*Allegato B* al presente verbale, calcolando per l'effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo.

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito agli operatori economici concorrenti nell'ambito della procedura di gara in parola. A tal fine si fa presente che, poiché per tutti i Lotto nessun concorrente ha ottenuto il punteggio pari al peso massimo complessivo attribuibile alla componente tecnico-qualitativa, la Commissione ha proceduto, effettuata la sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna offerta, ai fini del calcolo del punteggio qualitativo definitivo, alla riparametrazione finale, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto.

<b>Lotto 1</b>	<b>Punteggio qualitativo</b>
Idexx Laboratories Italia Srl	70

<b>Lotto 2</b>	<b>Punteggio qualitativo</b>
Idexx Laboratories Italia Srl	70

<b>Lotto 3</b>	<b>Punteggio qualitativo</b>
Idexx Laboratories Italia Srl	70

<b>Lotto 4</b>	<b>Punteggio qualitativo</b>
Meridian Bioscience Europe Srl	70

Ciò considerato il Presidente comunica che il presente verbale e la documentazione attestante l'espletamento delle operazioni di verifica verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza.

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.

La seduta si chiude alle ore 10:30.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

- Dott.ssa Michela Rabini, Presidente della Commissione Giudicatrice \_\_\_\_\_
- Dott. Marco Bregoli, componente della Commissione \_\_\_\_\_
- Dott. Fabrizio Montarsi, componente della Commissione \_\_\_\_\_
- Dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante \_\_\_\_\_

**PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.**

Numero di gara 7300937

GARA n. 002-2018

**LOTTO 1 - BHV-1 BULK MILK AB TEST**

**Concorrenti:**

- Euroclone Spa
- Id-Vet Sarl
- Idexx Laboratories Italia Srl

**Parametri di valutazione qualitativa giudizi**

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
Sensibilità su campioni di latte di massa	22	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore sensibilità possibile	ottimo	<p>La sensibilità è stata calcolata su n. 20 campioni di latte individuale provenienti da stalle vaccinate e infette della provincia di Trento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 10 campioni provengono da animali gE negativi,</li> <li>- n. 10 campioni provengono da animali gE positivi.</li> </ul> <p>I campioni sono stati analizzati tal quale e diluiti 1:12,5; 1:25, 1:50, 1:100 e 1:200.</p> <p>Tutti i campioni sono risultati positivi fino alla diluizione 1:50 applicando la soglia dell'OD &gt; 150%. Un unico campione, proveniente da un animale gE negativo, è risultato negativo con la</p>

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
				soglia dell'OD > = 150%, tuttavia lo stesso, applicando la soglia della diluizione 1:50, sarebbe risultato positivo.
Specificità su campioni di latte di massa	22	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore specificità possibile	ottimo	La specificità è stata calcolata analizzando n. 235 campioni provenienti da aziende storicamente indenni da IBR della Provincia di Bolzano. Trattandosi di aziende di piccole dimensioni, si è deciso di utilizzare la soglia di OD > = 150%, indicata dal produttore per aziende che dispongono di un numero massimo di 10 animali in lattazione. Solo 3 campioni analizzati sono risultati positivi, pertanto la specificità del kit offerto è stata determinata pari al 98,7%.
Possibilità di incubazione sia in giornata sia overnight	4	La preferenza relativa ai tempi di incubazione sarà espressa nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto con tempi di incubazione solo in giornata, sia overnight;</li> <li>▪ buono = il prodotto con tempi di incubazione solo in giornata;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto con tempi di incubazione solo overnight.</li> </ul>	sufficiente	Il prodotto offerto consente tempi di incubazione solo overnight.

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
Numero di lavaggi richiesti tra due fasi successive di incubazione < = 4	4	<p>Sarà preferito il prodotto che, tra una fase e l'altra di incubazione, necessita del minor numero di lavaggi; in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che non prevede alcuna fase di lavaggio, con più di 4 cicli di lavaggio stesso;</li> <li>▪ buono = il prodotto che prevede una sola fase di lavaggio tra due incubazioni successive, con più di 4 cicli di lavaggio stesso;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che prevede più di una fase di lavaggio tra due incubazioni successive, con più di 4 cicli di lavaggio stesso.</li> </ul>	ottimo	Il prodotto offerto che non prevede alcuna fase di lavaggio, con più di 4 cicli di lavaggio stesso
Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio	6	<p>Sarà preferito il prodotto che utilizza una soluzione di lavaggio identica a quella degli altri kit Elisa dello stesso produttore, e destinati all'analisi di campioni di ruminante/suino; in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che prevede una soluzione di lavaggio condivisa fra i diversi kit;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che prevede una soluzione di lavaggio dedicata.</li> </ul>	sufficiente	Il prodotto offerto prevede una soluzione di lavaggio dedicata.
I reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida	6	<p>Sarà preferito il prodotto che contiene reagenti in forma liquida (pronti all'uso o da diluire al momento); in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che contiene solo reagenti in forma liquida;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che contiene reagenti in forma non liquida (es. liofilizzata, da ricostruire).</li> </ul>	sufficiente	Il prodotto offerto contiene reagenti in forma liofilizzata.
Disponibilità del prodotto in piastre a strip di 8/16 pozzetti	6	<p>Sarà preferito il prodotto che offre piastre in strip da 8/16 pozzetti; in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che prevede piastre a strip;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che prevede piastre intere.</li> </ul>	ottimo	Il prodotto offerto prevede piastre in strip da 8/16 pozzetti

A seguito delle precisazioni fornite dalle concorrenti successivamente alla seduta di valutazione dell'idoneità tecniche delle offerte del 22/05/2019, la Commissione ritiene di esprimere le seguenti considerazioni:

Id-Vet Sarl: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi previsti nella *lex specialis* gara [il kit inviato a titolo di campionatura (lotto E63) non rispetta la caratteristica inerenti la presenza del certificato rilasciato da un Laboratorio Nazionale di Riferimento di uno Stato membro UE – mentre il kit oggetto della documentazione tecnica (lotto C59) non rispetta la caratteristica inerente la validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale], giudica tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente.

Euroclone Spa: la Commissione, preso atto che il concorrente non è in grado di fornire un prodotto corrispondente ai requisiti minimi previsti nella *lex specialis* gara [il lotto del kit offerto, inviato a titolo di campionatura non rispetta la caratteristica inerenti il confezionamento in modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti (kit monocupola) o più di 10 piastre a 96 pozzetti (kit bicupola)], giudica tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente.

**LOTTO 2 - LEUCOSI ANTIC.LATTE MONOC****Concorrenti:**

- Euroclone Spa
- Idexx Laboratories Italia Srl

**Parametri di valutazione qualitativa giudizi**

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
Sensibilità su campioni di latte di massa	<b>22</b>	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore sensibilità possibile	ottimo	In ragione dell'assenza nel Triveneto di aziende bovine infette nell'area del triveneto, il valore di sensibilità per i prodotti offerti è stato calcolato su campioni forniti dal CRN per la Leucosi Bovina Enzootica. Sono stati analizzati n. 6 campioni testati in doppio (12 repliche) con le seguenti diluizioni: 1:50, 1:100, 1:150, 1:250, 1:2.500, 1:12.500 e 1:25.000. I campioni sono risultati positivi a tutte le diluizioni per tutte le repliche
Specificità su campioni di latte di massa	<b>22</b>	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore specificità possibile	ottimo	La specificità è stata calcolata analizzando n. 108 campioni provenienti da aziende indenni della Regione Friuli Venezia Giulia, testati in doppio per un totale di n. 216 repliche. Tutti i campioni, e le repliche, sono stati identificati correttamente come negativi.

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
Possibilità di incubazione sia in giornata sia overnight	4	<p>La preferenza relativa ai tempi di incubazione sarà espressa nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto con tempi di incubazione sia in giornata, sia overnight;</li> <li>▪ buono = il prodotto con tempi di incubazione solo in giornata;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto con tempi di incubazione solo overnight.</li> </ul>	ottimo	Il prodotto offerto prevede tempi di incubazione sia in giornata, sia overnight
Numero di lavaggi richiesti tra due fasi successive di incubazione $\leq 4$	4	<p>Sarà preferito il prodotto che, tra una fase e l'altra di incubazione, necessita del minor numero di lavaggi; in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che non prevede alcuna fase di lavaggio, con più di 4 cicli di lavaggio stesso;</li> <li>▪ buono = il prodotto che prevede una sola fase di lavaggio tra due incubazioni successive, con più di 4 cicli di lavaggio stesso;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che prevede più di una fase di lavaggio tra due incubazioni successive, con più di 4 cicli di lavaggio stesso.</li> </ul>	sufficiente	Il prodotto offerto prevede due fasi di lavaggio tra due incubazioni successive, una con 3-5 cicli e una con 3 cicli.
Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio	6	<p>Sarà preferito il prodotto che utilizza una soluzione di lavaggio identica a quella degli altri kit Elisa dello stesso produttore, e destinati all'analisi di campioni di ruminante/suino; in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che prevede una soluzione di lavaggio condivisa fra i diversi kit;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che prevede una soluzione di lavaggio dedicata.</li> </ul>	sufficiente	Il prodotto offerto prevede una soluzione di lavaggio che non risulta identica a quella degli altri kit Elisa dello stesso produttore

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
I reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida	6	<p>Sarà preferito il prodotto che contiene reagenti in forma liquida (pronti all'uso o da diluire al momento); in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che contiene solo reagenti in forma liquida;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che contiene reagenti in forma non liquida (es. liofilizzata, da ricostruire).</li> </ul>	sufficiente	Il prodotto offerto contiene controlli positivo e negativo liofilizzati da ricostruire
Possibilità di esaminare campioni di latte di massa bufalino (pool di almeno n. 100 latti singoli)	6	<p>Sarà preferito il prodotto che risulta approvato da un Laboratorio di Riferenza di uno Stato membro dell'UE per l'analisi di campioni di latte bufalino (pool di almeno n. 100 latti singoli); in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto che risulta autorizzato;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto che non risulta autorizzato.</li> </ul>	sufficiente	Il prodotto offerto non risulta approvato da un Laboratorio di Riferenza di uno Stato membro dell'UE per l'analisi di campioni di latte bufalino

A seguito delle precisazioni fornite dalle concorrenti successivamente alla seduta di valutazione dell'idoneità tecniche delle offerte del 22/05/2019, la Commissione ritiene di esprimere le seguenti considerazioni:

Euroclone Spa: la Commissione,

- preso atto che il concorrente non è in grado di fornire la campionatura per il prodotto offerto,
- appurato che, secondo la recente giurisprudenza in materia, la prodizione di un campione non costituisce elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, la sua funzione è meramente quella di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, (Sent Cons. Stato sez. V del 30/01/2017 n. 3719),
- valutato tuttavia che, pur non trattandosi di un requisito richiesto a pena di esclusione dalla procedura, la stessa è essenziale ai fini della verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte della stazione appaltante e della successiva valutazione qualitativa da parte della Commissione giudicatrice (svolta anche mediante prove tecniche sulla campionatura medesima),
- preso atto altresì che, a seguito della richiesta di regolarizzazione dell'offerta e di inutile decorso di tale termine, si è verificata l'impossibilità per la Commissione di valutare il prodotto offerto per il lotto in esame,

ritiene di giudicare tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente per il Lotto 2.

**LOTTO 3 - CANINE HEARTWORM ANTIGENE KIT****Concorrenti:**

- Idexx Laboratories Italia Srl

**Parametri di valutazione qualitativa giudizi**

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
Sensibilità generale	<b>28</b>	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore sensibilità possibile	ottimo	Il prodotto offerto presenta la maggiore sensibilità possibile
Specificità generale	<b>20</b>	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore specificità possibile	buono	Il prodotto offerto presenta una buona specificità
Facilità di lettura e semplicità di interpretazione del risultato	<b>7</b>	Sarà preferito il prodotto che risulta facilmente leggibile senza il possesso di conoscenze specialistiche, e che quindi consenta agevolmente l'interpretazione del risultato	ottimo	Il prodotto offerto risulta facilmente leggibile senza il possesso di conoscenze specialistiche, e quindi consente agevolmente l'interpretazione del risultato
Rapidità di esecuzione	<b>5</b>	Sarà preferito il prodotto che presenta la maggiore rapidità di esecuzione	ottimo	Il prodotto offerto presenta la maggiore rapidità di esecuzione
Tempo di stabilità della risposta del kit	<b>5</b>	Sarà preferito il prodotto il cui tempo di risposta sia maggiormente stabile	buono	Il prodotto offerto presenta un tempo di risposta con buona stabilità
Fraasi di rischio	<b>2</b>	Sarà data preferenza al prodotto contenente reagenti che non riportano una o più delle seguenti diciture: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i,</li> <li>▪ mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure H341.</li> </ul>	buono	Il prodotto offerto contenente reagenti che non riportano una o più delle diciture inerenti le frasi di rischio

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Idexx Laboratories Italia Srl	
			Giudizio	Motivazione
Certificato di qualità ISO 9001/USDA o equivalente del produttore	<b>3</b>	<p>Sarà preferito il prodotto dotato della certificazione del produttore ISO 9001/USDA o equivalente; in particolare sarà giudicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto dotato di certificazione;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto privo della certificazione.</li> </ul>	ottimo	Il prodotto offerto è dotato della certificazione del produttore ISO 9001/USDA o equivalente

**LOTTO 4 - MERIFLUOR CRYPTO GIARDA KIT****Concorrenti:**

- Meridian Bioscience Europe Srl

**Parametri di valutazione qualitativa giudizi**

Parametro	Punti max	Criterio motivazionale	Meridian Bioscience Europe Srl	
			Giudizio	Motivazione
Sensibilità generale	21	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore sensibilità possibile	ottimo	Il prodotto offerto è dotato della maggiore sensibilità possibile
Specificità generale	21	Sarà preferito il prodotto dotato della maggiore specificità possibile	buono	Il prodotto offerto è dotato di una buona specificità
Quantificazione dei risultati	18	Sarà preferito il prodotto che consente l'espressione dei risultati in numero di cisti/oocisti per gr. di feci	ottimo	Il prodotto offerto consente l'espressione dei risultati in numero di cisti/oocisti per gr. di feci
Rapidità di esecuzione	6	Sarà preferito il prodotto che presenta la maggiore rapidità di esecuzione	ottimo	Il prodotto offerto presenta la maggiore rapidità di esecuzione
Fraasi di rischio	2	Sarà data preferenza al prodotto contenente reagenti che non riportano una o più delle seguenti diciture: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i,</li> <li>▪ mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure H341.</li> </ul>	buono	Il prodotto offerto contenente reagenti che non riportano una o più delle diciture inerenti le fraasi di rischio
Certificato di qualità ISO 9001/USDA o equivalente del produttore	2	Sarà preferito il prodotto dotato della certificazione del produttore ISO 9001/USDA o equivalente; in particolare sarà giudicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottimo = il prodotto dotato di certificazione;</li> <li>▪ sufficiente = il prodotto privo della certificazione.</li> </ul>	ottimo	Il prodotto offerto è dotato della certificazione del produttore ISO 9001/USDA o equivalente

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER  
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO  
ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER  
L'IZSve**

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 1: 7750876138

Parametro qualitativo	Punteggio massimo	Idexx Laboratories Italia		
		Giudizio	Coefficiente	Punteggio
Sensibilità su campioni di latte di massa	<b>22</b>	ottimo	1	22
Specificità su campioni di latte di massa	<b>22</b>	ottimo	1	22
Possibilità di incubazione sia in giornata sia overnight	<b>4</b>	sufficiente	0	0
Numero di lavaggi richiesti tra due fasi successive di incubazione < = 4	<b>4</b>	ottimo	1	4
Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio	<b>6</b>	sufficiente	0	0
I reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida	<b>6</b>	sufficiente	0	0
Disponibilità del prodotto in piastre a strip di 8/16 pozzetti	<b>6</b>	ottimo	1	6
<b>Punteggio complessivo</b>			<b>54</b>	
<b>Riparametrazione finale</b>			<b>70</b>	

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER  
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE RICORSO  
ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE, PER  
L'IZSve**

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 2: 77508793B1

Parametro qualitativo	Punteggio massimo	Idexx Laboratories Italia		
		Giudizio	Coefficiente	Punteggio
Sensibilità su campioni di latte di massa	<b>22</b>	ottimo	1	22
Specificità su campioni di latte di massa	<b>22</b>	ottimo	1	22
Possibilità di incubazione sia in giornata sia overnight	<b>4</b>	ottimo	1	4
Numero di lavaggi richiesti tra due fasi successive di incubazione < = 4	<b>4</b>	sufficiente	0	0
Intercambiabilità delle soluzioni di lavaggio	<b>6</b>	sufficiente	0	0
I reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida	<b>6</b>	sufficiente	0	0
Possibilità di esaminare campioni di latte di massa bufalino (pool di almeno n. 100 latti singoli)	<b>6</b>	sufficiente	0	0
<b>Punteggio complessivo</b>			<b>48</b>	
<b>Riparametrazione finale</b>			<b>70</b>	

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER  
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE  
RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA  
TRIENNALE, PER L'IZSVe**

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 3: 77508858A3

Parametro qualitativo	Punteggio massimo	Icxx Laboratories Italia		
		Giudizio	Coefficiente	Punteggio
Sensibilità generale	<b>28</b>	ottimo	1	28
Specificità generale	<b>20</b>	buono	0,5	10
Facilità di lettura e semplicità di interpretazione del risultato	<b>7</b>	ottimo	1	7
Rapidità di esecuzione	<b>5</b>	ottimo	1	5
Tempo di stabilità della risposta del kit	<b>5</b>	buono	0,5	2,5
Fraasi di rischio	<b>2</b>	buono	0,5	1
Certificato di qualità ISO 9001/USDA o equivalente del produttore	<b>3</b>	ottimo	1	3
<b>Punteggio complessivo</b>			<b>56,5</b>	
<b>Riparametrazione finale</b>			<b>70</b>	

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER  
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, MEDIANTE  
RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, DI DURATA  
TRIENNALE, PER L'ISV e**

Numero di gara 7300937

CIG Lotto 4: 7750893F3B

Parametro qualitativo	Punteggio massimo	Meridian Bioscience Europe Srl		
		Giudizio	Coefficiente	Punteggio
Sensibilità generale	21	ottimo	1	21
Specificità generale	21	buono	0,5	10,5
Quantificazione dei risultati	18	ottimo	1	18
Rapidità di esecuzione	6	ottimo	1	6
Frazi di rischio	2	buono	0,5	1
Certificato di qualità ISO 9001/USDA o equivalente del produttore	2	ottimo	1	2
<b>Punteggio complessivo</b>			<b>58,5</b>	
<b>Riparametrazione finale</b>			<b>70</b>	