



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

**PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PCR IDONEI ALLA RICERCA DI RNA DI BVDV, PER L’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

Numero di gara: 7252622
CIG Lotto 1: 76925973DD
CIG Lotto 2: 76926049A2

1° VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP

VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ TECNICA

In data odierna 17/09/2019 alle ore 11:15, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “*Istituto*”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito “*Commissione*”) della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell’ambito della stessa e all’assunzione delle determinazioni conseguenti.

Alla seduta sono altresì presenti:

- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Il RUP dà lettura del verbale relativo alla seduta riservata del 10/09/2019, nel corso della quale la Commissione ha giudicato come segue:

Lotto 1

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Generon Spa, Idexx Laboratories Italia Srl e Id-Vet Genetics;
- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Life Technologies Italia in ragione del mancato possesso delle caratteristiche tecniche minime “*il kit PCR deve disporre di un controllo endogeno bovino a RNA*” e “*il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto, dovranno possedere il certificato di approvazione rilasciato da un Centro Nazionale di Referenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un organismo di certificazione di prodotto accreditato ISO 17025*”.

Lotto 2

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti Generon Spa e Id-Vet Genetics;
- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Life Technologies Italia in ragione del mancato possesso delle caratteristiche tecniche minime “*il kit PCR deve disporre di un controllo endogeno bovino a RNA*” e “*il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto, dovranno possedere il certificato di approvazione rilasciato da un*



Centro Nazionale di Riferenza per la BVD di uno Stato membro UE, oppure da un organismo di certificazione di prodotto accreditato ISO 17025”.

Il RUP, preso atto delle valutazioni espresse, ammette le offerte dei concorrenti Generon Spa (Lotti 1 e 2), Idexx Laboratories Italia Srl (Lotto 1), Id-Vet Genetics (Lotti 1 e 2) alla fase successiva della procedura e propone l'esclusione del concorrente Life Technologies Italia (Lotti 1 e2) disponendo affinché si proceda a darne comunicazione agli operatori economici esclusi, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _____

Dott.ssa Manuela Bizzo - testimone e segretario verbalizzante _____

Dott.ssa Marta Lovato – testimone _____