

OFFERTA TECNICA LOTTO 2

Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit Elisa per la ricerca di anticorpi BRSV (*Virus respiratorio sinciziale bovino*) e PI3 (*Parainfluenza*) mediante ricorso alla piattaforma e-procurement, di durata pari a 23 mesi, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Numero di gara 7511110

CIG Lotto 2: 80023525C6

GARA n. 033-2019

Il sottoscritto nato a il, c.f., in qualità di Legale Rappresentante/..... dell'Impresa offerente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il kit PARAINFLUENZA 3 ANTICORPI offerto possiede le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per il virus della *Parainfluenza* 3 nel siero di sangue bovino tramite reazione ELISA;
- la reazione ELISA è allestita in modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti, formato monocupola o, rispettivamente, 10 piastre a 96 pozzetti, formato bicupola;
- il volume massimo di lavoro non è superiore a 200 µl;
- i reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida;
- il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 – 450 – 490 – 650 nanometri;
- il kit è disponibile in strip (*selezionare la risposta corretta*):
 - ☐ da 8 (1 colonna) pozzetti,
 - ☐ da 16 (2 colonne) pozzetti;
- la modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati rimane invariata da lotto a lotto;
- il valore di sensibilità diagnostica è > 90%;
- il valore di specificità diagnostica non è < 97%;
- il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per ciascun controllo;
- per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata una o più delle seguenti diciture:
 - cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351
 - mutageni possibili o sospetti: H340 - H341
 - con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361

- il prodotto offerto, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi;
- il prodotto offerto, al momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale;
- il produttore del kit è in possesso della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente;
- l'operatore economico offerente si impegna a trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione, le istruzioni d'uso del prodotto offerto in lingua italiana;
- l'operatore economico offerente si impegna a trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione, per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente, le schede di sicurezza del prodotto offerto, in lingua italiana, contrassegnate con il codice prodotto dell'offerente e con il codice articolo dell'Istituto.

....., lì/.../.....

FIRMA

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate*

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell'impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un valido documento d'identità del delegante.