



AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL KIT ELISA PER LA RICERCA DI ANTICORPI PER PARATUBERCOLOSI, DI DURATA TRIENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Numero di gara 7536887 - CIG: 8031823603

GARA n. 042-2019

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO

In data odierna 17/10/2019 alle ore 15:30, presso IZS delle Venezie, la sottoscritta dott.ssa Alda Natale, Dirigente veterinario presso la SCT3 - Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate dell’Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Con riferimento alla documentazione tecnica presentata, si rileva che entrambi gli operatori economici concorrenti hanno allegato tutti i documenti richiesti dalla *lex specialis* di gara:

1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’offerente, attestante il possesso da parte dei prodotti offerti delle caratteristiche tecniche minime richieste;
2. fascicolo di validazione del prodotto offerto, con evidenza dei valori di sensibilità e specificità diagnostica, nonché della dimensione e caratteristiche delle popolazioni animali sulle quali i predetti valori sono stati calcolati;
3. istruzioni d’uso del prodotto offerto.

Con riferimento al documento n. 1 (modulo di autocertificazione), si è proceduto alla verifica circa la presenza di tutte le caratteristiche minime richieste e la loro conferma mediante sottoscrizione da parte dell’operatore economico; tale verifica ha avuto esito positivo.

Con riferimento al documento n. 2 (fascicolo di validazione del prodotto offerto), si è proceduto a controllare la corrispondenza dei valori dichiarati, rispetto alle specifiche tecniche minime previste nella *lex specialis* di gara. Dalla valutazione è emerso quanto segue:

- entrambi i prodotti offerti evidenziano caratteristiche di sensibilità in animali eliminatori adeguate rispetto a quanto richiesto, con specifica indicazione dei dati sperimentali relativi alla specie bovina;
- entrambi i prodotti offerti evidenziano caratteristiche di specificità diagnostica adeguate rispetto a quanto richiesto, con le seguenti precisazioni:
 - per il siero di sangue bovino e per il latte individuale bovino entrambi i prodotti offerti dichiarano una specificità superiore al 99%;
 - per il siero di sangue caprino:

- Id-Vet Sarl dichiara una specificità osservata del 100%, su un totale di 240 campioni (limite inferiore: 98,42%); seppure quindi la specificità osservata sia >99%, il limite di confidenza inferiore è < 99%;
- Idexx Laboratories Italia Srl riporta tre lavori, con specificità osservate rispettivamente del 94,8% (su 173 campioni) – del 100% (valore calcolato con approccio Bayesiano su una popolazione mista di 532 soggetti, infetti e sani, Mercier et al.) – del 100% (su 945 campioni, dato reperito nella pubblicazione originale di Gumbert et al.); nel loro insieme gli studi effettuati indicano una specificità sempre > 99%, offrendo una numerosità campionaria di gran lunga superiore rispetto al concorrente, tale da rendere il dato globale fornito più attendibile;
- per il siero di sangue ovino:
 - Id-Vet Sarl dichiara una specificità osservata del 100%, su un totale di 300 campioni (limite inferiore: 98,74%); seppure quindi la specificità osservata sia >99%, il limite di confidenza inferiore è < 99%;
 - Idexx Laboratories Italia Srl riporta due studi, con specificità osservate rispettivamente del 97,3% (su 706 campioni) – del 98,8% (su 2200 campioni, dato reperito nella pubblicazione originale di Gumbert et al.); nel loro insieme gli studi effettuati indicano quindi una specificità sempre > 99% e, nello specifico, lo studio di Gumbert et al, oltre a presentare da solo una numerosità campionaria quasi 10 volte superiore rispetto al concorrente, evidenzia un limite superiore della specificità osservata pari al 99,2%, con ciò includendo all'interno dell'intervallo fiduciale il valore soglia di 99%.

Con riferimento al documento n. 3 (istruzioni d'uso del prodotto offerto), si fa presente che il concorrente Idexx Laboratories Italia Srl ha prodotto le istruzioni in lingua inglese; tuttavia, poiché nel documento di autocertificazione dei requisiti tecnici il concorrente attesta l'impegno (previsto nella *lex specialis* di gara) di tradurre in italiano, in ipotesi di aggiudicazione, tali istruzioni d'uso, si ritiene comunque valido il documento presentato.

Sulla base di quanto ivi esposto, si valuta quindi tecnicamente idonea l'offerta presentata da entrambi i concorrenti Id-Vet Sarl e Idexx Laboratories Italia Srl.

La seduta si chiude alle ore 16:50

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCT3 - Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate
Il Dirigente
Dott.ssa Alda Natale

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 06/11/2019