



Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'aggiudicazione della fornitura dell'estrattore di acidi nucleici QIASymphony SP® e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione, unitamente alla fornitura di materiale dedicato, per le SCS5 e SCS6 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Numero di gara 7596654 - CIG: 810028891D

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto nato a il
c.f.in qualità di Legale Rappresentante/..... dell'Impresa offerente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che l'**estrattore di acidi nucleici QIASymphony SP®** proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, **a pena di inammissibilità alla procedura.**

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L'indicazione di un "NO" comporterà l'esclusione immediata dell'offerente dalla procedura di gara.

Caratteristiche Tecniche Minime	Dichiarazione	
sistema ad elevata processività; caricamento continuo dei campioni con identificazione automatica dei codici a barre;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema aperto per l'estrazione, mediante unico kit, di DNA e RNA virale, da tutte le matrici trattate presso le Strutture SCS5 e SCS6 (tessuti animali, feci, organi, tamponi, ecc.);	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema compatibile con un ampio <i>range</i> di tipologie di campioni e di volumi, sia in input che in output;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
possibilità di caricamento fino a 10 ml di campione;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
procedura di estrazione separata per ogni singolo <i>batch</i> (utilizzabile anche parzialmente): nel corso della stessa seduta da n. 96 campioni, è possibile eseguire fino a 4 diversi protocolli di estrazione;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
presenza di testata multicanale con n. 4 unità pipettanti indipendenti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema integrato di refrigerazione attiva fino a 4°C per gli acidi nucleici estratti, anche per sedute complete di n. 96 campioni	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
possibilità di lavoro <i>over-night</i> ;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
volume di eluizione da 50 µl a 400 µl, in base al protocollo adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
utilizzo di kit dedicati pronti all'uso, in formato cartucce pre-riempite, che non necessitano di essere aperti e versati dall'operatore, stabili a temperatura ambiente;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Caratteristiche Tecniche Minime	Dichiarazione	
sistema di rilevazione automatica delle quantità di reagenti presenti nelle cartucce, e di calcolo del numero di test eseguibili;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema di estrazione anti spreco dei reagenti, che consente di processare anche solo un campione;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
rack di caricamento dedicato, che consente l'inserimento di n. 4 differenti controlli (IC) all'interno del medesimo processo di estrazione;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
disponibilità di protocolli preimpostati;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
facoltà di personalizzazione dei protocolli "custom" di estrazione;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
possibilità di completa tracciabilità di campioni e reagenti;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
tuch screen integrato nello strumento;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
non necessario intervento dell'operatore dopo l'avvio della seduta;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
controllo automatico pre-corsa, in grado di eliminare ogni errore umano nella preparazione del piano di lavoro e dei reagenti;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema dotato di cappa trasparente e piano di lavoro isolato, in grado di garantire la massima sicurezza per l'operatore, riducendo i rischi di contaminazione;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema dotato di lampade UV per la decontaminazione dell'ambiente di lavoro e "tip guards", finalizzati alla riduzione delle contaminazioni da carry over ed ampliconi;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema gestionale integrato con LIS per la gestione e l'archiviazione dei risultati;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
possibilità di accesso e controllo della piattaforma da remoto, mediante software dedicato;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
presenza di "recovery procedure" che consentono il recupero dei campioni nei casi in cui il protocollo estrattivo venga interrotto o cancellato;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
sistema certificato CE IVD e validato AFNOR/AOAC in utilizzo con kit certificati o validati.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

DICHIARA

che il **servizio di assistenza tecnica e manutenzione** proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, **a pena di inammissibilità alla procedura**.

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L'indicazione di un "NO" comporterà **l'esclusione** immediata dell'offerente dalla procedura di gara.

Caratteristiche Tecniche Minime	Dichiarazione	
inclusione delle spese vive sostenute l'effettuazione degli interventi e dei costi di trasferta sostenuti dal personale tecnico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
impegno alla sostituzione delle parti di ricambio (ad eccezione di quelle consumabili eventualmente espressamente indicate come escluse dall'operatore economico nella propria offerta);	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
messa a disposizione di manodopera specializzata necessaria all'esecuzione dell'intervento;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
effettuazione di numero illimitato di interventi su richiesta per visite correttive on site;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Caratteristiche Tecniche Minime	Dichiarazione	
tempi di risposta per l'intervento pari a massimo 24 ore dalla chiamata;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
tempi tecnici di intervento pari a massimo 5 giorni solari e consecutivi dalla chiamata;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
predisposizione per ciascun intervento della relativa check list in lingua italiana;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
effettuazione di almeno n. 1 visita di mantenimento/ispezione all'anno per verificare lo stato della strumentazione;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
servizio di sostituzione di componenti dei prodotti e/o attrezzature in uso in ipotesi di immissione sul mercato di prodotti o attrezzature innovative, confrontabili e che sostituiscono, di fatto, quelli in commercio e forniti in contratto;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
servizio di sostituzione del <i>software</i> o degli accessori forniti unitamente al sistema offerto, in ipotesi di aggiornamento tecnologico.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

DICHIARA

che il **servizio di certificazione IQOQ** proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, **a pena di inammissibilità alla procedura.**

*Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L'indicazione di un "NO" comporterà **l'esclusione** immediata dell'offerente dalla procedura di gara.*

Caratteristiche Tecniche Minime	Dichiarazione	
servizio di certificazione IQOQ sullo strumento offerto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

FIRMA

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate*

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell'impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un valido documento d'identità del delegante.