



Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l'aggiudicazione della fornitura dell'estrattore di acidi nucleici QIASymphony SP® e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione, unitamente alla fornitura di materiale dedicato, per le SCS5 e SCS6 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Numero di gara 7596654 - CIG: 810028891D

GARA n. 049-2019

VERBALE DI IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO

In data odierna 02/01/2020, alle ore 14:40, presso la sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il sottoscritto Dott.ssa Paola De Benedictis, Dirigente veterinario presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell'Istituto, procede in seduta riservata, in qualità di esperto *giusta* nomina effettuata con nota interna del RUP in data 25/11/2019, conservata agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell'idoneità tecnica dei beni e servizi offerti nella procedura in oggetto.

Alla seduta sono altresì presenti:

- Dott. Luigi Antonioli, Dirigente f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell'Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di testimone;
- Dott.ssa Manuela Bizzo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Si fa presente che in data 18/12/2019, si è rilevato che per due voci specificate nel Capitolato tecnico di gara, più precisamente quelle relative alla durata minima richiesta per la fornitura dei servizi accessori (8 anni), non vi è, all'interno del modello per l'offerta tecnica predisposto dalla Stazione appaltante, idoneo spazio per consentire all'operatore economico concorrente di confermare o meno la sussistenza del requisito.

Preso atto di ciò, trattandosi di una specifica tecnica minima prevista nel Capitolato di gara, si è ritenuto opportuno richiedere al RUP l'invio di una nota al concorrente con richiesta di precisazioni. Con nota nostro prot n. 14173 del 20/12/2019 è stata inviata alla società Qiagen Srl la richiesta di precisazioni in merito alla durata dei servizi di assistenza tecnica. La società Qiagen Srl ha risposto positivamente in data 31/12/2019, dichiarando che la durata garantita del servizio di assistenza tecnica e manutenzione offerto e del servizio di certificazione IQ/OQ sullo strumento offerto è in entrambi i casi di 8 anni a partire dall'aggiudicazione del contratto.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dall'unico offerente, Qiagen Srl, si valuta come di seguito illustrato:

- l'offerente dichiara che i) l'estrattore di acidi nucleici QIASymphony SP®, ii) il servizio di assistenza tecnica e manutenzione e iii) il servizio di certificazione IQOQ proposti possiedono tutte le caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla procedura.

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, acquisite e valutate le precisazioni tecniche fornite dall'operatore economico concorrente a seguito di apposita richiesta da parte della Stazione appaltante, si ritiene idonea l'offerta presentata.

La seduta si chiude alle ore 15:00.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza.

SCS5 Ricerca e Innovazione
Il Dirigente
Dott.ssa Paola De Benedictis