

**LOTTO 2: MICROSCOPI OTTOCO DA ROUTINE CON FOTOCAMERA INTEGRATA**

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base della seguente tabella:

Valutazione	
Insufficiente	0
Sufficiente	0,25
Buono	0,50
Distinto	0,75
Ottimo	1

LEICA MICROSYSTEMS				
numero	Criterio	Valutazione	Coefficiente	Motivazione
1	Illuminazione	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti illuminazione a LED rispetto all'alogeno. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente illuminazione a LED
2	Messa a fuoco	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti messa a fuoco su entrambi i lati a 3 posizioni con regolazione della posizione di stop. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: messa a fuoco da entrambi i lati, macro, micro e semimicro, con posizione di stop regolabile
3	Obiettivi	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti obiettivi planari con ottica corretta all'infinito. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presenti obiettivi planari con correzione ottica all'infinito
4	Revolver portaobiettivi	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti revolver a 7 posizioni. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente revolver a 7 posizioni
5	Indice di campo	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti oculari 10x con indice di campo 25 mm. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente oculare 10x / 25
6	Fotocamera digitale	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti fotocamera integrata nel percorso ottico e completa di scheda di memoria, uscita HDMI con collegamento diretto a Monitor e/o PC. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente fotocamera ICC 50W con scheda di memoria e uscita HDMI
7	Fotocamera digitale	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti software per misurazioni integrato nel sistema di fotocamera. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente software per misurazioni integrato alla fotocamera