

LOTTO 3: STEREOMICROSCOPIO

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base della seguente tabella:

Valutazione	
Insufficiente	0
Sufficiente	0,25
Buono	0,50
Distinto	0,75
Ottimo	1

LEICA MICROSYSTEMS				
numero	Criterio	Valutazione	Coefficiente	Motivazione
1	Stativo a luce incidente e trasmessa	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti stativo LED con luce incidente e trasmessa, con LED precentrati per un miglior contrasto. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente stativo LED a luce riflessa e trasmessa con trasmissione LED integrata
2	Tecnologia fusion optics	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti la tecnologia FusionOptics. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente tecnologia Fusion Optics
3	Profondità di campo	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti profondità di campo di 12 mm. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: profondità di campo dell'attrezzatura offerta di 12 mm
4	Ingrandimenti	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti ingrandimenti fino a 55x. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presenti ingrandimenti da 6,1x a 55x
5	Zoom	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti zoom da 9:1. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente ottica zoom 9:1
6	Distanza di lavoro	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti una distanza di lavoro di 122 mm, per facilitare la manipolazione del campione. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: distanza di lavoro standard di 122mm
7	Dispositivi click-stop	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti dispositivi click-stop per lavorare con impostazioni riproducibili dello zoom. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente dispositivo click-stop per ispezioni ripetibili
8	Correzione apocromatica ottica	ottimo	1	Sarà accordata preferenza all'offerta che presenti correzione apocromatica ottica. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: presente sistema ottico apocromatico