

## CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

La fornitura dovrà avere ad oggetto:

➤ **n. 1 incubatore agitante refrigerato**, avente i seguenti **requisiti tecnici minimi**, a pena di inammissibilità alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

- possibilità di incubazione refrigerata a 4°C;
- range di temperatura 4°-60°C,
- volume (l): minimo 125 – massimo 175;
- movimento orbitale,
- velocità raggiungibile 500 rpm;
- almeno 320 oscillazioni minuto;
- disponibilità accessori per incubare provette di varie dimensioni, sacchetti.

➤ **Servizi accessori:**

- **Trasporto e consegna:** la consegna del bene dovrà essere eseguita, a cura e spese da parte dell'aggiudicatario, a mezzo di un proprio incaricato di n. 45 giorni solari decorrenti dalla ricezione del buono d'ordine. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
- **Consegna al piano e posizionamento:** i beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati presso la suddetta sezione territoriale e posizionati al piano presso il Laboratorio di Tecnologie Alimentari.
- **Installazione e Collaudo:** contestualmente alla consegna ovvero entro il diverso termine non superiore a n. 15 giorni solari decorrenti dalla consegna, l'aggiudicatario dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l'installazione dei beni oggetto di fornitura e procedere al collaudo degli stessi alla presenza del personale dell'Istituto utilizzatore.
- **Garanzia:** l'acquisto si intende coperto da garanzia per il termine non inferiore a n. 12 mesi. La garanzia decorre dalla data attestante l'avvenuto collaudo positivo.