

LOTTO 1: SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA PREPARATIVA GPC

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

SHIMADZU ITALIA SRL				
N	Criterio	Fattore ponderale	Coefficiente	Punteggio definitivo parziale per criterio
1	Sistema di pompaggio: disposizione dei pistoni	6	1	6,00
2	Sistema di pompaggio: range di flusso della pompa	6	1	6,00
3	Sistema di pompaggio: precisione del flusso	6	1	6,00
4	Autocampionatore / raccoglitore di frazioni: flusso massimo di lavoro come raccoglitore di frazioni	6	1	6,00
5	Autocampionatore / raccoglitore di frazioni: funzione specifica per cui è possibile recuperare il campione presente nel loop o iniettato in colonna mediante apposita procedura automatizzata	6	1	6,00
6	Autocampionatore / raccoglitore di frazioni: possibilità di reiniettare il campione raccolto in una linea HPLC analitica interfacciata con uno spettrometro di massa, già presente in laboratorio	6	1	6,00
7	Forno colonne per cromatografia analitica: forno termostato a circolazione d'aria forzata con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite automaticamente tramite software	6	1	6,00
8	Forno colonne per cromatografia analitica: numero di colonne cromatografiche da 30 cm alloggiabili nel singolo forno e contemporaneamente connesse	6	1	6,00
9	Forno colonne per cromatografia analitica: predisposizione per l'alloggiamento del miscelatore della fase mobile	6	1	6,00
10	Supporto per colonne preparative: numero di valvole elettriche eventualmente alloggiabili e gestibili da software	6	1	6,00
11	Software di gestione del sistema cromatografico collegabile all'infrastruttura Shimadzu LabSolutions Client Server già presente in laboratorio	10	1	10,00
Punteggio complessivo				<u>70,00</u>