

LOTTO 2: SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA A ULTRA ALTA PRESTAZIONE

Valutazione collegiale della Commissione giudicatrice

SHIMADZU ITALIA SRL				
N	Criterio	Fattore ponderale	Coefficiente	Punteggio definitivo parziale per criterio
1	Pressione massima di esercizio del sistema di pompaggio e autocampionatore	8	1	8
2	Flusso minimo della pompa	8	1	8
3	Flusso massimo della pompa	8	1	8
4	Numero di linee di solvente per il lavaggio dell'auto	8	1	8
5	Possibilità di effettuare funzioni di pre-treatment del campione (come diluizioni e derivatizzazioni), impostabile da software	9	1	9
6	Forno con termostatazione a circolazione forzata con possibilità di alloggiare 2 valvole gestite autonomamente dal software	7	1	7
7	Numero di colonne cromatografiche da 300 mm alloggiabili nel singolo forno	7	1	7
8	Possibilità di alloggiare il miscelatore della fase mobile del forno	8	1	8
9	Il Software deve anche essere in grado di gestire un detector di tipo Diode Array Shimadzu SPD-20_A già presente in laboratorio	7	0,75	5
Punteggio complessivo				68,25
Punteggio riparametrato				<u>70,00</u>