

Allegato 8 al Capitolato tecnico: Layout Pannello Gram Positivi Non Anaerobi

MOLECOLA	RANGE DI DILUIZIONE
Amoxicillina/Acido clavulanico	0,25/0,125 - 16/8
Ampicillina	0,03 - 16
Cefazolina	0,25 - 8
Ceftiofur	0,25 - 8
Enrofloxacin	0,25 - 4
Eritromicina	0,03 - 8
Florfenicolo	2 - 8
Oxacillina	0,25 - 4
Penicillina	0,03 - 16
Clindamicina	0,5 - 2
Tetraciclina	0,25 - 16
Tilmicosina	8 - 32
Kanamicina	8-32/250-500
Sulfisoxazolo	128 - 512
Trimetoprim/Sulfonamidi	0,125/2,375 - 8/152
Rifampicina	0,0625 - 2
CONTROLLO POSITIVO	-